

Pytania i odpowiedzi

*Postępowanie: ZP/22/2024 Dostawa sprzętu medycznego dla Centralnego Szpitala
Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251*

Pytanie:

Dot. pakietu nr 4 poz. 1

Czy zamawiający dopuści protezy PTFE do wytwarzania przetok do hemodializy z trójwarstwową ścianą protezy /warstwą podłużną i owijającą, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej, odpornej na wielokrotne nakłucia, bardzo dobrym trzymaniu szwów, mikroporowatej strukturze zapewniającej dobre gojenie się protezy, o zerowej przepuszczalności, w rozmiarze 6mm, długości 30 cm, czasie gwarancji 3 lata od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 2 pleget'ów w rozmiarze 6 x 3 x 2 mm zamiast wymaganych 6 x 3 x 1 mm, wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.