



**Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie**

ul. Poznańska 22; 00-685 Warszawa; tel. +48 22 52 51 405; fax +48 22 52 51 380

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO45001:2018;

WSPRiTS/ZP/351/2023

ZP.261.44.2023

Warszawa, dnia 27 października 2023 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego opublikowanego w TED Nr 2023/S 2023/S 204-641787 z dnia 23.10.2023 r. na zakup ambulansów typu C dla WSPRiTS Meditrans Warszawa [Nr postępowania: 44/ZP/2023].**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**1) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse wyposażone w systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania bez dodatkowego elektronicznego systemu wspomagającego, układ uaktywniający się poprzez automatyczne hamowanie w razie zagrożenia wjechania w tył pojazdu poprzedzającego?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulanse bez dodatkowego elektronicznego systemu wspomagającego opisanego powyżej.

**2) PYTANIE: dot. kapnografu** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kapnograf z zakresem pomiaru etCO<sub>2</sub> wynoszącym od 0 do 99 mmHg i dokładnością pomiaru wynoszącą +/- 2 mmHg w zakresie pomiarowym od 0 do 40 mmHg i 6% odczytu w zakresie pomiarowym od 41 do 99 mmHg?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza kapnograf opisany powyżej.

**3) PYTANIE: dot. kapnografu** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kapnograf wyposażony w graficzny wyświetlacz OLED?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga wyświetlacza OLED.

**4) PYTANIE: dot. kapnografu** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kapnograf fabrycznie posiadający możliwość wyposażenia go wyłącznie w dwa typy złączy do pomiaru etCO<sub>2</sub>: dla dorosłych / dzieci i dla niemowląt i czy, w związku z tym, Zamawiający dopuści do zaoferowania kapnograf wyposażony w dwie złączki do pomiaru etCO<sub>2</sub>: dla dorosłych / dzieci i w jedną złączkę do pomiaru etCO<sub>2</sub> dla niemowląt?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza dwa typy złączy: dla dorosłych/dzieci oraz dla niemowląt pozwalających na pomiar etCO<sub>2</sub> w każdej grupie wiekowej.

**5) PYTANIE: dot. pulsoksymetru** - Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr, który nie współpracuje z szeroką gamą czujników, w tym Nellcor (typu OXI-A/N Oximax do niskiej perfuzji) oraz BCI (typu DB9)? Oferowany produkt współpracuje z czujnikami dedykowanymi przez producenta.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga pulsoksymetrów współpracujących z szeroką gamą czujników wskazanych w OPZ.

**6) PYTANIE: dot. pulsoksymetru** - Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o czasie pracy na zasilaniu wynoszącym min. 20 h?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza urządzenie o czasie pracy na zasilaniu bateryjnym lub akumulatorowym min. 20h.

**7) PYTANIE: dot. pulsoksymetru** - Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z jasnym, czytelnym wyświetlaczem LCD, który spełnia tylko normę EN 61601?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ o zgodności z normami EN 61601 i EN 80601 (lub normami równoważnymi).

**8) PYTANIE: dot. pulsoksymetru** - Czy Zamawiający dopuści jako równoważny pulsoksymetr, dla którego praca na zasilaniu akumulatorowym wynosi do 8 godzin? Oferowany produkt może pracować przy podłączonym zasilaniu sieciowym i jednocześnie ładować akumulator. Czas ładowania akumulatora wynosi do 6 h.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

**9) PYTANIE: dot. pulsoksymetru** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego pulsoksymetru, dla którego czas pracy na zasilaniu wynosi do 48 godzin. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pulsoksymetr, dla którego czas pracy na zasilaniu wynosi do 48 godzin.

**10) PYTANIE: dot. krzeselka kardiologicznego** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzeselka wyposażonego w system trakcyjny gąsienicowy umożliwiający zjazd po schodach, z rozstawem gąsienic min. 25 cm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

**11) PYTANIE: dot. krzeselka kardiologicznego** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzeselka z siedziskiem i oparciem wykonanym z ABS odpornego na uszkodzenia, umożliwiającego sprawne mycie i dezynfekcję?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**12) PYTANIE: dot. krzeselka kardiologicznego** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzeselka z 4 kółkami jezdnyymi, w tym dwoma przednimi o średnicy min. 75 mm skrętnymi w zakresie 360 stopni oraz dwoma tylnymi o średnicy min. 125 mm wyposażonymi w hamulce?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza powyższe do zaoferowania.

**13) PYTANIE: dot. krzeselka kardiologicznego** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzeselka z obciążeniem dopuszczalnym co najmniej 159 kg?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

**14) PYTANIE: dot. urządzenia do dezynfekcji powietrza i powierzchni w ambulansie** - W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzeń spełniających techniczne wymagania OPZ, wyprodukowanych w 2022 r.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenia wyprodukowane w 2022 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

*Sprawę prowadzi:*

Agnieszka Rucińska

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Tel. /22/ 52 51 293