

Mrągowo, dnia 13.09.2021r.

**NZ/8/21**

**Do wiadomości  
uczestników postępowania**

W odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania dotyczące treści dokumentacji postępowania na „**Dostawę kombinezonów ochronnych oraz ochraniaczy na obuwie**” Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o. odpowiada jak niżej:

1. Proszę o informację, czy dopuszczają Państwo kombinezon Tyvek 500 Xpert, który spełnia Państwa wymagania co do ochrony użytkownika. Niestety pojawia się problem związany z wymaganą min. gramaturą kombinezonu, ponieważ Tyvek to 41,5 grama/m<sup>2</sup>, a Państwo w specyfikacji wymagają minimalną gramaturę 50 gram/m<sup>2</sup>.

**Odp. Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kombinezonów z materiału TYVEC dopuszcza gramaturę min. 41g/m<sup>2</sup>, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w dokumentacji postępowania.**

2. **Zadanie nr 2:** Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z materiału barierowego – włóknina laminowana folią mikroporowatą MPFL 65g/m<sup>2</sup>, warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa, warstwa wewnętrzna: włóknina polipropylenowa. Podeszwa antypoślizgowa o gramaturze 530g/m<sup>2</sup>, wysokość 50cm, dł. 36cm.

**Odp. Zamawiający biorąc pod uwagę długość wymaganych ochraniaczy (min. 45cm) podtrzymuje zapisy dokumentacji postępowania.**

**Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.**

**Przedstawione powyżej wyjaśnienia zostają umieszczone na stronie postępowania – <https://platformazakupowa.pl/transakcja/506337>. Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.**

**PREZES ZARZĄDU  
Brygida Schlueter-Górska**