

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. „**Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych w podziale na zadania**” - znak sprawy: 30/PN/2023/BK

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i **dokonuje zmian zapisów SWZ:**

### **Pytania do zadania nr 14**

Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania płynów infuzyjnych zgodny z poniższym opisem:

Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych IS, komora kroplowa wykonana z PVC o długości min 50mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie folia-papier, sterylny?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

Sporządziła: Bogumiła Kalinowska