



Poznań, dnia 04.01.2019r.

Dz. Z. P. 43/11/19

Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na realizację usług pralniczych, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.12.2018 r. 2018 /S 245-561181

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986) poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło barierowe z warstwą chłonną o konstrukcji jak poniżej:

- serweta zasadnicza z tkaniny poliestrowej o gramaturze 120 – 130 g/m², o nieprzemakalności min. 40 cm H₂;
- warstwa chłonna z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m² i chłonności min. 150%?

Zaproponowane tkaniny zapewniają identyczne właściwości jak opisane przez Zamawiającego.

Odp: Tak

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści serwety chłonne typu Aquafil z tkaniny o gramaturze min. 280 g/m²?

Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami.

Odp: Tak

Z poważaniem


Dyrektor Szpitala
dr Maciej Sobkowski