



**BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI im.  
Jana Pawła II w Bielsku-Białej<sup>A</sup>**

**43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Wyzwolenia 18**

Centrala tel. 33 498 40 01 Sekretariat tel. 33 816 43 70 fax. 33 816 44 01

Centrala ul. Wyspiańskiego 26 tel. 33 827 25 00 Kancelaria 33 827 25 01 fax. 33 827 25 05

Centrala ul. Emilii Plater 17 tel. 33 819 87 60

%%%

DZP.271.19.2021-4

Bielsko-Biała dn. 14.06.2021 r.

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej (znak sprawy: DZP.271.19.2021).*

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ o treści :

**Pytanie 1:**

**Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ- zadania Nr 2- Wózek do transportu chorych**

Punkt 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości całkowitej 2000 mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 2:**

**Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ- zadania Nr 2- Wózek do transportu chorych**

Punkt 10 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z uchwytem chromowanym, od strony nóg pacjenta, służący do przetaczania?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 3:**

**Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ- zadania Nr 2- Wózek do transportu chorych**

Punkt 17 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z dźwigniami centralnej blokady oraz blokada kierunku, dostępnymi przy dwóch kołach od strony nóg pacjenta?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4:**

**Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ- zadania Nr 2- Wózek do transportu chorych**

Punkt 19 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w poręcze boczne lakierowane proszkowo, z użyciem nanotechnologii srebra?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 5:**

**Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ- zadania Nr 2- Wózek do transportu chorych**

Punkt 21 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z materacem z pokrowcem ze skaju, wodoszczelnym, o grubości 6 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Z-C A D Y R E K T O R A**  
ds. Techniczno-Administracyjnych  
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
mgr inż. *Grzegorz Kubica*



KRS 0000412996 NIP 9372662340 REGON 242865296 BDO 000043647  
ING Bank Śląski O/Bielsko-Biała Nr konta 68105010701000000106298375  
www.onkologia.bielsko.pl email: szpital@onkologia.bielsko.pl

