

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Nr postępowania: WSSE.DEA OZPA 272.13.2023

Łódź, dnia 10 lipca 2023 r.

## WYJAŚNIENIE

### TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Do wszystkich Uczestników

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, którego przedmiotem jest:

Dostawa autoklawów, analizatora, komory laminarnej do Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Łodzi w podziale na części:

CZĘŚĆ 1: Pionowy autoklaw elektryczny parowy, z wytwornicą pary.

CZĘŚĆ 2: Pionowy autoklaw laboratoryjny do sterylizacji żywności mikrobiologicznych oraz wytwarzania sterylnych wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem dodatkowym niezbędnym do prawidłowej pracy autoklawu.

CZĘŚĆ 3: Komora z laminarnym, pionowym przepływem powietrza, II kl. bezpieczeństwa.

CZĘŚĆ 4: Automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania ich lekowrażliwości

Szanowni Państwo,

Zamawiający, działając na podst. art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 poz. 1710), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień do wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zgodnie z poniższym:

#### **Dotyczy Części 1:**

##### **Pytanie nr 1**

„Dot. Załącznik nr 2 do SWZ CZĘŚĆ 1 lp 4 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o obudowanie wykonanej z stali malowanej proszkowo? Jest to rozwiązanie funkcjonalnie równe do wymaganego zapewnia łatwiejsze utrzymanie urządzenia w czystości oraz obniża cenę urządzenia. Pokrywa, komora oraz inne elementy urządzenia wystawione na korozję wykonane są z stali nierdzewnej”

##### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o obudowaniu wykonanym ze stali malowanej proszkowo i podtrzymuje zapisy SWZ

##### **Pytanie nr 2**

„Dot. Załącznik nr 2 do SWZ CZĘŚĆ 1 lp 18 Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w połączenie kompatybilne z komputerem poprzez interfejs RS 485 umieszczony z tyłu jednostki oraz



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

zewnętrzne oprogramowanie dokumentujące? Oferowane rozwiązanie pozwala na większą elastyczność monitoringu oraz dokumentacji pracy urządzenia”

Odpowiedź

Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie, jeśli dostawca dostarczy konwerter zapewniający połączenie z urządzeniem i oprogramowaniem (komunikacja z posiadanym komputerem za pomocą portu USB) i dokona stosownej zmiany w SWZ zastępując załącznik nr 2 do części 1 załącznikiem nr 2 ZMIANA 3

**Dotyczy Części 3:**

**Pytanie nr 3**

„Dot. Załącznik nr 2 do SWZ CZĘŚĆ 3 lp 4 Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wysokości zewnętrznej 1545mm? Oferowany parametr różni się o zaledwie 9mm i nie wykazuje funkcjonalnych oraz instalacyjnych różnic w porównaniu do wymaganego przez Zamawiającego. Oferowane urządzenie spełnia pozostałe wymogi dotyczące rozmiarów zewnętrznych urządzenia.”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza komorę laminarną o wysokości zewnętrznej 1600mm i dokona stosownej zmiany w SWZ zastępując załącznik nr 2 do części 3 załącznikiem nr 2 ZMIANA 3

**Pytanie nr 4**

„Dot. Załącznik nr 2 do SWZ CZĘŚĆ 3 lp 4 Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o 2 filtrach HEPA operujący według podanego schematu?”



Proponowane 2 filtrowe rozwiązanie zapewnia wydajność na poziomie wymaganego przy jednoczesnej redukcji kosztów eksploatacyjnych poprzez wykorzystanie filtrów zoptymalizowanych dla oferowanej komory o wydłużonym cyklu przydatności”

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

## Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza komory laminarnej o 2 filtrach HEPA i podtrzymuje zapisy SWZ.

## Pytanie nr 5

„Dot. Załącznik nr 2 do SWZ CZĘŚĆ 3 lp 18 Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w lampę UV mocowaną magnetycznie? Oferowane rozwiązanie zapewnia większą swobodę pracy oraz pozwala na optymalizowanie warunków dezynfekcji warunków komory”

## Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści komory laminarnej z lampą UV mocowaną magnetycznie ze względu na mniejszą stabilność lampy w porównaniu do stałego montażu (większe ryzyko oderwania się lampy od ściany komory w trakcie pracy).

## Pytanie nr 6

„Bardzo proszę o przesłanie aktualnych formularzy w formacie.Word:

Cześć 1 zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 4

Cześć 2 zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 4

Czy w związku z tym termin składania ofert mógłby być przesunięty?”

## Odpowiedź

Zamawiający w celu ułatwienia Wykonawcom złożenia oferty udostępnia w załączeniu wersje edytowalne załączników nr 1, 2 i 4 w wersji obowiązującej na dzień 10 lipca 2023 r.

Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SWZ oraz opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

1. Zastępuje Załącznik nr 2 dla Części 1 do SWZ Załącznikiem nr 2 dla Części 1 do SWZ-ZMIANA 3
2. Zastępuje Załącznik nr 2 dla Części 3 do SWZ Załącznikiem nr 2 dla Części 3 do SWZ-ZMIANA 3

5.Rozdział XII ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.07.2023r. do godz. 10:00

6. Rozdział XIII ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 14.07.2023 r. o godz. 10:05

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

7. Rozdział XIV ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający wyznacza termin związania ofertą na dzień 12.08.2023 r

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do treści SWZ stanowią jej integralną część i z dniem 10.07.2023r stają się wiążące dla każdego Wykonawcy.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 i 2 dla Części 1 do SWZ wersja z dnia 10 lipca
2. Załącznik nr 1 i 2 dla Części 2 do SWZ wersja z dnia 10 lipca
3. Załącznik nr 1 i 2 dla Części 3 do SWZ wersja z dnia 10 lipca
4. Załącznik nr 1 i 2 dla Części 4 do SWZ wersja z dnia 10 lipca
5. Załącznik nr 4 do SWZ (jednakowa wersja dla wszystkich części)

W dniu 10.07.2023r zatwierdził:

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

z up.

Waldemar Mańkowski

z-ca Dyrektora

ds. ekonomiczno-administracyjnych

WSSE w Łodzi