



.....  
.....

Znak: AE/ZP-27-24/19

Tarnów, 2019-05-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do zabiegów naprawczych, przewodników hydrofilnych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści urządzenia z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego tylko z elektrodą do stymulacji lewej komory czteropolową (ze złączem IS4), badanie, bez limitu czasowego, bez stref wykluczenia z funkcją automatycznego wyjścia z MRI Mode?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia „cewnika angiograficznego hydrofilnego sterowanego, 0,014" na rzecz cewnika angiograficznego hydrofilnego 0,014 (niesterowalnego)”??
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy zamawiający dopuści urządzenia z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego tylko w urządzeniach ze złączem DF4 i dedykowanymi do stymulacji lewej komory elektrodami czteropolowymi-złaczem IS4, badanie, bez limitu czasowego, bez stref wykluczenia z funkcją automatycznego wyjścia z MRI Mode?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy zamawiający dopuści urządzenia z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego tylko w urządzeniach ze złączem DF4, bez limitu czasowego, bez stref wykluczenia z funkcją automatycznego wyjścia z MRI Mode?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy zamawiający dopuści urządzenia bez programu nocnego ale z możliwością zaprogramowania zaawansowanych funkcji-Accelerometr, Minute Ventilation lub hybrydy obu z nich-aby stymulować z adoptowalną częstością impulsów(w badaniach klinicznych wykazano korzyści kliniczne wynikające z prowadzenia stymulacji z adaptacją częstości impulsów z użyciem każdego z tych sensorów)?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** również urządzenia z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego tylko z elektrodą do stymulacji lewej komory czteropolową (ze złączem IS4), badanie bez limitu czasowego, bez stref wykluczenia z funkcją automatycznego wyjścia z MRI Mode.

**Ad. 2** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** również cewnika angiograficznego hydrofilnego 0,014" (niesterowalnego).

**Ad. 3** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** również urządzenia z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego tylko w urządzeniach ze złączem DF4 i dedykowanymi do stymulacji lewej komory elektrodami czteropolowymi-złaczem IS4, badanie, bez limitu czasowego, bez stref wykluczenia z funkcją automatycznego wyjścia z MRI Mode.

**Ad. 4** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** również urządzenia z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego tylko w urządzeniach ze złączem DF4, bez limitu czasowego, bez stref wykluczenia z funkcją automatycznego wyjścia z MRI Mode.

**Ad. 5** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** również urządzenia bez programu nocnego ale z możliwością zaprogramowania zaawansowanych funkcji-Accelerometr, Minute Ventilation lub hybrydy obu z nich - aby stymulować z adoptowalną częstością impulsów (w badaniach klinicznych



wykazano korzyści kliniczne wynikające z prowadzenia stymulacji z adaptacją częstości impulsów z użyciem każdego z tych sensorów).

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma internetowa Zamawiającego
3. a/a

**DYREKTOR**  
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika  
w Tarnobrzegu

*Marcin Kuta*

*M*

