

ZOZ/ NZP/ / 2021

Bolesławiec, dnia 27 października 2021 r.

*Wszyscy uczestnicy postępowania*

**Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 464, ze zm.) Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i nie medycznych) oraz drobnego sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.**

**Znak sprawy: 13/drobny sprzęt medyczny/21**

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 464 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

**Dotyczy zadania nr 2**

**Pytanie 1, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pięćświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia wskazanego w pytaniu.

### Dotyczy zadania nr 2

#### Pytanie 2, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia wskazanego w pytaniu.

### Dotyczy zadania nr 2

#### Pytanie 3, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia wskazanego w pytaniu.

**Dotyczy zadania nr 2**

**Pytanie 4, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia wskazanego w pytaniu.

**Dotyczy zadania nr 2**

**Pytanie 5, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia wskazanego w pytaniu.

**Dotyczy zadania nr 2**

**Pytanie 6, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia wskazanego w pytaniu.

**Dotyczy zadania nr 2**

**Pytanie 7, poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika, kabel umożliwiający identyfikację położenia

cewnika przy pomocy EKG oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia wskazanego w pytaniu.

**Dotyczy zadania nr 2**

**Pytanie 8, poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 3Fr o długości 8,13cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 3ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia wskazanego w pytaniu.

**Dotyczy zadania nr 2**

**Pytanie 9, poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15,20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia wskazanego w pytaniu.

**Dotyczy zadania nr 2**

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9-17 z Zadania nr 2 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanych pozycji i utworzenie kolejnego zadania w postępowaniu.

**Dotyczy zadania nr 2**

**Pytanie 11 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 i utworzenie osobnego pakietu ? Pozwoli to uzyskać większą liczbę korzystniejszych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanej pozycji i utworzenie kolejnego zadania w postępowaniu.

**Pytanie 12 dot. wzoru umowy §3 ust. 2**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu realizacji dostaw na „cito” we wszystkie dni tygodnia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w projekcie umowy.

**Pytanie 13 dot. wzoru umowy §6 ust. 8**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu poprzez dodanie:

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy zamówionego towaru, dostarczonego po terminie. W takim przypadku,

Wykonawca pokryje różnicę w cenie przekraczającą wartość zamówionego towaru, określoną w umowie wraz z pokryciem wszelkich dodatkowych kosztów powstałych w związku z w/w okolicznościami. **Różnica nie może przekroczyć 10% wartości niedostarczonego w terminie towaru wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy** Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. Zamawiający niezależnie od tego zachowuje prawo do kary umownej za zwłokę zgodnie z § 7.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów w projekcie umowy.

#### **Pytanie 14 dot. wzoru umowy §6 ust. 8**

Zwracamy się z prośbą o dodanie poniższych zapisów do wzoru umowy:

#### **SIŁA WYŻSZA**

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów w projekcie umowy.

#### **Dotyczy zadania nr 3**

##### **Pytanie 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do procedur inwazyjnych posiadającego w swoim składzie dodatkowo:

- ostrze skalpela nr 11 – 1 szt.
- opatrunek przezroczysty na rany pooperacyjne 10 x 15 cm – 1 szt.

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w/w jałowego zestawu do procedur inwazyjnych o podanym składzie.

#### **Dotyczy zadania nr 3**

##### **Pytanie 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do znieczulenia przewodowego posiadającego w swoim składzie:

- tuffer z gazy No. 4 – 6 szt. zamiast 4 szt.
- kompres z włókniny 10x10 cm – 3 szt. zamiast 4 szt.

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w/w jałowego zestawu do znieczulenia przewodowego o podanym składzie.

**Dotyczy zadania nr 3**

**Pytanie 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego zestawu do procedur inwazyjnych o składzie (różnice zaznaczone i podkreślone):

serweta na stół narzędziowy 120x90 cm będącą jednocześnie opakowaniem zestawu,

kompres z włókniny 7,5x7,5 cm - 10 szt.,

imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 15 cm,

serwetę 90x120 cm z otworem przylepnym śr. 10 cm,

pojemnik plastikowy przezroczysty 120 ml,

fartuch chirurgiczny barierowy w rozmiarze L,

tufery z gazy No. 4 - 3 szt.,

strzykawka 20 ml typu Luer,

kleszczyki plastikowe proste 19 cm.

Całość zapakowana w rękawie papier-folia z marginesem ułatwiającym otwieranie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia wskazanego w pytaniu.

**Dotyczy zadania nr 3**

**Pytanie 4 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego zestawu do znieczulenia przewodowego z serwetą epiduralną przylepną 75 x 80 cm z otworem przylepnym 6 x 15 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia wskazanego w pytaniu.

### Dotyczy zadania nr 3

#### Pytanie 5 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

- 10 x kompres gazowy 7,5x7,5 cm (ES, 8 warst. 17 nit.),
  - 1 x fartuch chir. standard L,
  - 3 x tupfer (15cmx15cm, 17 nit.),
  - 1 x serweta 130cmx90cm,
  - 1 x jałowy plaster z opatrunkiem 8cmx15cm,
  - 1 x strzykawka 2-częściowa a 20ml,
  - 1 x pojemnik plast. 125ml,
  - 1 x serweta o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, 150cmx90cm przył.,
  - 1 x kleszczyki met. do igły 13cm Mayo Hegar proste znaczone kolorem,
  - 1 x kleszczyki plastikowe 19cm okienkowe znaczone kolorem,
  - 1 x ostrze chirurgiczne do ściągania szwów 6,5cm
- Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa.

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia wskazanego w pytaniu.

### Dotyczy zadania nr 3

#### Pytanie 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

- serweta 50x60cm o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> z otworem o średnicy 10cm z przylepcem wokół otworu, a także z 2 przylepcami na rogach serwety - 1 szt,
- serweta 45 x 45 cm o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, - 1 szt.,
- serweta 75x45cm, stanowiąca owinięcie całego zestawu – 1 szt,
- strzykawka luer lock 5 ml – 1 szt,
- strzykawka 10ml – 1 szt,
- strzykawka 20ml – 1 szt,

igła 1,2x40mm – 1 szt,

igła 0,5x25mm – 1 szt,

kompresy gazowe 17N 12W rozmiar 7,5x7,5cm – 8 szt,

nerka plastikowa 700 ml (w niej umieszczone narzędzia i inne drobne elementy) – 1 szt.

Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia wskazanego w pytaniu.

**Pytanie dot. SWZ punkt 4.1 oraz wzoru umowy §2**

W związku z rozbieżnością brzmienia przytoczonych pozycji dokumentów postępowania prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, który termin obowiązywania umowy jest właściwy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga sukcesywnej realizacji do 31.12.2022 r.

**Pytanie dot. wzoru umowy §3 ust.5**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie terminu realizacji poszczególnych dostaw, gdyż powoływany zapis w formularzu ofertowym nie istnieje – nakazuje jedynie podanie oferowanego terminu płatności.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 3 dni od złożenia zamówienia.

**Pytanie dot. wzoru umowy §3 ust. 2 oraz ust.5**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostaw na CITO w dni wolne od pracy w stosunku do produktów z zadania nr 6. Z racji znacznej odległości magazynu naszej firmy od siedziby Zamawiającego oraz braku usługi dostawy w dni wolne od pracy na teren Bolesławca w związanej umową firmie kurierskiej nie jesteśmy w stanie zapewnić takiej dostawy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w projekcie umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy §7ust. 1 pkt.a-c**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt a-c):

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 3 lub § 6 niniejszej umowy - w wysokości **0,5%** wartości partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i **0,5%** wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonej w terminie partii towaru**. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu § 7 ust. 1 ppkt d); Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.

b) za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości **0,5 %** od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i **0,5%** wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień opóźnienia; , **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanego towaru**

c) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 3 ust. 7 niniejszej umowy, w wysokości **50 zł brutto** za każdy przypadek, za każdy dzień zwłoki; **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto towaru którego dotyczą nie złożone w terminie informacje**.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów w projekcie umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zawarł szczegółowy zapis o sposobie dostarczania faktur w §5 ust. 2 projektu umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy w § 6 ust. 4**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów w projekcie umowy.

**Dotyczy zadania nr 5**

**Pytanie 1 poz.6**


Prosimy Zamawiającego o sprawdzenie czy nie doszło do pomyłki w wpisaniu ilości zamawianych jednorazowych czujników do pomiaru temperatury do termometru Bair Hugger w formularzu określającym przedmiot zamówienia i czy zamiast 5 szt. czujników nie powinno być pięć opakowań czyli 125 szt. Czujników.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga **5 opakowań** czujników.

**W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz cenowy, Załącznika nr 5 do SWZ – Projekt umowy oraz przesuwą termin składania ofert do dnia 02.11.2021r. do godz. 11.00 i otwarcia ofert do dnia 02.11.2021r. do godz. 11.30**

Z poważaniem,

  
DYREKTOR  
ZOSP w Bolesławcu  
Krzysztof BARTYK

Odpowiedzi udzielił:

Jarosław LUBOŃSKI – p.o. Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dominika KOZIARSKA – Inspektor ds. Zaopatrzenia i Administracji

