



Kup, dn. 23 maja 2022 r.

Nr sprawy ZP/7/2022

Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: **dostawa wyrobów medycznych i artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 4.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Zestaw Dot. część 3 poz. 2- Proszę o podanie oczekiwanej ilości sztuk podkładów w opakowaniu handlowym.

Odp.: Zamawiający oczekuje opakowań po 30 sztuk. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań po przeliczeniu.

2. Dot. część 3 poz. 3 - Proszę o podanie oczekiwanej ilości sztuk podkładów w opakowaniu handlowym.

Odp.: Zamawiający oczekuje opakowań po 30 sztuk. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań po przeliczeniu.

3. Dot. SWZ ROZDZIAŁ V pkt. 10 - Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do maksymalnie 5 dni roboczych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dot. projektu umowy §5 ust. 6 - Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Dot. projektu umowy §5 ust. 8, 9 - Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ww. zapisu z treści umowy.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SWZ.

6. Dot. projektu umowy §5 ust. 9 - W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący: „9. Wykonawca zobowiązany będzie pokryć Zamawiającemu szkodę poniesioną w związku z wykonaniem zastępczym, to jest zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną asortymentu, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy gdyby ten dostarczyłby zamówiony asortyment w terminie i należytej jakości, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany był zapłacić w związku z wykonaniem zastępczym. Różnica w cenie zakupu towaru u innych dostawców nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego przedmiotu umowy wynikającego z cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany będzie udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie wykonania zastępczego.”

Odp.: Zapisy pozostają jak w SWZ.

7. Dot. projektu umowy §9 ust. 1 pkt. 1) - Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu w sposób następujący:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) z tytułu rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od niej, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SWZ.

8. Dot. projektu umowy §9 ust. 1 pkt. 2) - Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu w sposób następujący:

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy lub wypełnienia zobowiązań z tytułu reklamacji i/lub gwarancji, w wysokości 1% wartości tej dostawy brutto.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SWZ.

9. Dot. projektu umowy §9 ust. 3 - Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu w sposób następujący:

3. Zapłata kar umownych zostanie dokonana w terminie 14 dni liczonych od dnia wystąpienia z żądaniem jej zapłaty.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SWZ.

10. Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do SWZ, zestawienie parametrów technicznych, zestaw nr 1, poz. 1, 2 i 3. - Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (...) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem”.

Odp.: Zamawiający wymaga.

11. Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do SWZ, zestawienie parametrów technicznych, zestaw nr 1, poz. 1, 2 i 3. - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały eksploatacyjne były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT Motion. Ponadto, że nie spowodują usterek w jego działaniu i nie będą powodem jego uszkodzenia oraz są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza.

Odp.: Zamawiający wymaga.

10. Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do SWZ, zestawienie parametrów technicznych, zestaw nr 1, poz. 2. - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o długości 250cm wynosiła dokładnie 12,5ml potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w instrukcji obsługi. Inna pojemność wężyka niż 12,5ml może prowadzić do niepełnego napełnienia wężyka i pozostawienia w nim nieznannej objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do niezamierzonej iniekcji powietrza do pacjenta podczas badania.

Odp.: Zamawiający wymaga

11. Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do SWZ, zestawienie parametrów technicznych, zestaw nr 1, poz. 3. - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o długości 320cm wynosiła dokładnie 16ml potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w instrukcji obsługi. Inna pojemność wężyka niż 16ml może prowadzić do niepełnego napełnienia wężyka i pozostawienia w nim nieznannej objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do niezamierzonej iniekcji do pacjenta podczas badania.

Odp.: Zamawiający wymaga

12. Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, § 9 pkt 1-4. - Prosimy o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SWZ.

13. Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, § 9 pkt 1.2. - Przyjęto się, że na rynku wyrobów medycznych kara umowna wynosi około 0,1 – 0,2 % za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie do zniechęcenia do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego do obniżenia kary umownej do poziomu 0,5%.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SWZ.

14. Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, § 3 pkt 4. - „*Datą i miejscem każdorazowej dostawy będzie wydanie asortymentu objętego przedmiotem umowy osobie upoważnionej przez Zamawiającego do odbioru.*” Prosimy Zamawiającego o podanie danych kontaktowych (stanowisko, nr telefonu, adres mail) osoby upoważnionej do odbioru towarów.

Odp.: Dane kontaktowe zostaną podane na etapie podpisywania umowy z wybranym Wykonawcą.

15. Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, § 10 pkt 2.3. i 2.4. - Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopisanie słowa „robocze”, a zapis wówczas będzie brzmiał: „w terminie nie dłuższym, niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego aktu prawnego”.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu na „...w terminie nie dłuższym, niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego aktu prawnego...”, zmiany zostaną wprowadzone przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą.

16. Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, § 3 pkt 3. - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od zawiadomienia o terminie wysyłki i przewidywanym terminie dostarczenia asortymentu drogą telefoniczną. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą, co do jej upoważnienia do realizacji zamówień w imieniu placówki. Elektroniczne potwierdzenie dostarczenia asortymentu drogą e-mail jest łatwiejsze do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.

Odp.: Zamawiający wprowadza modyfikacje zapisów w § 3 pkt 3. projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: „3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie wysyłki i przewidywanym terminie dostarczenia asortymentu drogą telefoniczną pod numerem telefonu Zamawiającego: 77 403-28-69 oraz potwierdzi ten fakt informacją wysyланą na adres e-mail: apteka@szpital-kup.eu”

17. Dotyczy: SWZ, Rozdział IV, pkt 6. - „Opisy w języku polskim” Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 wyrobów medycznych oznakowanych za pomocą symboli oraz prostych znaków w języku angielskim. Symbole znajdujące się na etykiecie są opisane w instrukcji w języku polskim dołączonej do opakowania. Zgodnie z Art. 14 Ust. 1 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r., „wyroby medyczne przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polski mają oznakowania i instrukcje używania w języku polskim lub wyrażone są za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.”

Odp.: Zamawiający dopuszcza

18. Dotyczy: SWZ, Rozdział XVIII, pkt 3., Formularz ofertowy pkt 1.7. - Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przesłanie/zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie umowy drogą korespondencyjną.

19. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy, pkt 1.6. - Czy za protokolarne przekazanie sprzętu, Zamawiający uzna dołączoną fakturę lub kopię do zamówienia?

Odp.: Zamawiający uznaje Fakturę jako formę protokólnego przekazania sprzętu

20. Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ, Projektowe postanowienia umowy § 2 ust.3. - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość wskazania działu lub stanowiska osoby wyznaczonej do kontaktu. Ze względu na częściową pracę zdalną, za realizację zamówień odpowiedzialnych jest kilka osób.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

21. Zestaw nr 2 poz. 5 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o lepszym poziomie AQL - równym 0,65, gwarantującym wyższą jakość produktu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

PROKURENT SAMOISTNY

mgr Sonia Cebulla