

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/58/22

Sucha Beskidzka, dnia 12.07.2022r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego Dostawa sprzętu medycznego (szyna rehabilitacyjna, pompy infuzyjne, materac ogrzewający pacjenta, laser na statywie, aparat KTG, aparat do magnetoterapii, insuflator, holter ciśnieniowy, holter do pomiaru KTG, pojemniki sterylizacyjne, wózek do transportu zwłok, autoklaw)

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

#### **Pakiet nr 2 - Pompy infuzyjne**

- **Pkt. 1** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe sterowane elektronicznie przeznaczone do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych za pośrednictwem standardowych, medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą: droga dożylna czy podskórna ?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

- **Pkt. 6** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z demontowanym uchwytem umożliwiającym mocowanie pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych? Takie rozwiązanie zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce dla pompy.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

- **Pkt. 7** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z demontowanym uchwytem do przenoszenia pomp ? Takie rozwiązanie zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce dla pompy.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

- **Pkt. 8** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z możliwością łączenia pomp w moduły za pomocą stacji dokującej? - do 8 pomp na jednym uchwycie.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

- **Pkt. 13** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy przykręcane pompy strzykawkowe z możliwością współpracy ze stacją dokującą? Jest to pewny system i nie naraża urządzeń na możliwość wyłamania zatrzasków.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

- **Pkt. 19** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z możliwością zaprogramowania prędkości infuzji w zakresie od 0,01 do 99,99 ml/h z rozdzielczością 0,01 ml/h oraz w zakresie od 100 do 999,99 z rozdzielczością 0,1 ml/h?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

- **Pkt. 26** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z możliwością zaprogramowania prędkości bolusa od 0,1 do 2000 ml/h z rozdzielczością 0,1 ml/h ?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

- **Pkt. 39** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z czasem ładowania do maksymalnie 5 godzin ? Zasilacz wbudowany w pompę na bieżąco doładowuje akumulator, w związku z czym konieczność pełnego ładowania akumulatora występuje niezwykle rzadko.

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

- **Pkt. 42** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z poborem mocy maksymalnie do 50 W przy najwyższych prędkościach?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

### **Pakiet nr 8 - Holter ciśnieniowy**

- **Pkt. 3** Rejestrator posiadający wyświetlacz OLED,  
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z wyświetlaczem typu LED?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

- **Pkt. 5** Możliwość podziału doby na 6 podokresów pomiarowych  
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z możliwością podziału doby na 5 podokresów pomiarowych?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

- **Pkt. 6** Pamięć min 900 badań.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z funkcją rejestracji ciśnienia tętniczego krwi w ciągu tygodnia (400 pomiarów) z dowolnymi odstępami pomiarów?  
Oferowany przez nas rejestrator umożliwia wykonanie 400 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi. W praktyce jest to ilość wystarczająca. Uwzględniając cztery pomiary na godzinę i pomiar w nocy, wówczas w cyklu tygodniowym aparat wykonuje ok 400 pomiarów.

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

- **Pkt. 7** Kliniczna dokładność pomiarowa: EN ISO 81060-2.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z możliwością pomiaru z dokładnością ciśnienia +/- 3mmHg i pulsu +/-5%?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

- **Pkt. 9** Tryb pracy dorosły, pediatryczny.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z trybem pracy bez podziału pracy dorosły/pediatryczne?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

- **Pkt. 11** Funkcja testu manometru oraz Funkcja testu szczelności.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator bez funkcji testu manometru?

Czy Zamawiający dopuści rejestrator bez funkcji testu szczelności?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

- **Pkt. 12** Prezentacja statystyki: spadki nocne, dipper, non dipper, extreme dipper pomiary wykonane do zaplanowanych. Prezentacja statystyki: pomiary uwzględnione do wykonanych.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z prezentacją statystyki: spadki nocne, dipper, bez extreme dipper?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

z poważaniem:

Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
mgr Janusz Paczewski

Starszy Inspektor  
ds zamówień publicznych  
mgr Agnieszka Działowa-Hajdyla