



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 05.04.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 9/2023

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych, siatek chirurgicznych, staplerów oraz klipsownic do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 3

1. Pytanie do zadania nr 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

Jednorazowy system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczony do przeprowadzenia metodą in-out oraz out-in

Parametry:

1. System całkowicie jednorazowy, sterylny
2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniałna taśma:
 - Długość – 420 mm
 - Szerokość – 13 mm
 - Grubość – 0,51 mm
 - Gramatura – 90 g/m²
 - Rozmiar porów – 500-1000
 - Rozmiar włókna (średnica) – 0,14 mm
3. Taśma o brzegach ciętych laserowo oraz dodatkowo w powłoce ochronnej – minimalizujące tarcie i uszkodzenia tkanki w trakcie implantacji
4. System 2 jednorazowych igieł, wykonanych ze stali nierdzewnej, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i helikalnym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną.
5. Taśma zawiera płytkę do właściwego jej pozycjonowania, z możliwością jej usunięcia
6. Dołączona prowadnica ze wskaźnikiem położenia (tzw. „motylek”) w celu ochrony cewki moczowej
7. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte, metodą out-in oraz in-out.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego asortymentu.

2. Pytanie do zadania nr 10 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

Jednorazowy system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczony do przeprowadzenia metodą inside-out z dostępu załonowego.

Parametry:

1. System całkowicie jednorazowy, sterylny
2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniałna taśma „Tension Free”:
 - Długość – 319 mm
 - Szerokość – 13 mm
 - Grubość – 0,5 mm
 - Gramatura – 90 g/m²
 - Rozmiar włókna (średnica) – 0,14 mm
 - Klasyfikacja AMIDA – TYP 1
3. Taśma o brzegach ciętych laserowo oraz dodatkowo w powłoce ochronnej PTFE połączona z plastikowymi osłonkami na prowadnicę koloru zielonego, które kontrastują podczas cystoskopii
4. Jednorazowa prowadnica o średnicy 3,6 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, charakteryzująca się ergonomicznym projektem plastikowego uchwytu ze wskaźnikiem położenia i profilowana do przejścia załonowego
5. Atraumatyczny koniec prowadnicy w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń otaczających tkanek i naczyń krwionośnych podczas implantacji taśmy
6. Taśma zawiera płytkę do właściwego jej pozycjonowania, z możliwością jej usunięcia

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

7. Implantacja z dostępu załonowego metodą inside-out

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego asortymentu.

KOMENDANT


płk Krzysztof Jurkowski

BD. 91/ 810 59 82