



Postępowanie nr 5B10.291.1.79.2023.MRO

L.dz. 5B10.840.2023.MRO  
Gdańsk.16.08.2023 r.

## Centrum Zamówień Publicznych

### Dział Zamówień Publicznych

#### DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

#### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

##### Zestaw nr 1

**Dotyczy:** postępowania nr 5B10.291.1.79.2023.MRO na: dostawę zamrażarki niskotemperaturowej dla Zakładu Szczepionek Rekombinowanych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamrażarki z regulacją temperatury w zakresie od – 50°C do -86°C?	Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania zamrażarki z regulacją temperatury w zakresie od – 50°C do -86°C. Zamawiający dopuszcza możliwość poszerzenia zakresu jedynie do -86°C, ale <b><u>jednocześnie zastrzega konieczność spełnienia wymagań dla -20°C.</u></b> Zamawiający przewiduje zastosowanie zamrażarki również do celów przechowywania materiałów biologicznych wrażliwych na temperatury niższe niż -49°C.
2.	Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamrażarki z komunikatami wyświetlanymi w języku angielskim?	Zamawiający dopuszcza jedynie jako opcję dodatkową możliwość zaoferowania zamrażarki z komunikatami wyświetlanymi w języku angielskim, jednocześnie Zamawiający <b><u>wymaga – zgodnie z OPZ – załącznikiem nr 6 do SWZ, aby parametry wyświetlane na sterowniku były w języku polskim.</u></b>
3.	Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamrażarki z systemem back up bez funkcji zliczania pozostałego w butli dwutlenku węgla,	Zamawiający nie dopuszcza.



Postępowanie nr 5B10.291.1.79.2023.MRO

	ponieważ w warunkach rzeczywistych funkcja ta może podawać nieprawdziwe dane i działać na szkodę użytkownika?	
4.	Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamrażarki, która nie jest wyrobem medycznym?	Zamawiający nie dopuszcza.
5.	Czy w związku z wymaganiami odnośnie bezpieczeństwa przechowywania próbek, zamrażarka ma posiadać wewnętrzny system rejestracji parametrów pracy komponentów zamrażarki takich jak działanie wentylatora, temperatury skraplacza, temperatury parownika?	Zamawiający nie wymaga posiadania wewnętrznego systemu rejestracji parametrów pracy komponentów zamrażarki takich jak: działanie wentylatora, temperatury skraplacza, temperatury parownika.
6.	Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamrażarki z funkcją automatycznego podgrzewania (odmrażania) uszczelki?	Zamawiający nie dopuszcza.
7.	Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamrażarki z wnętrzem wykonanym ze stali pokrytej tworzywem niepozwalającym na przymarzanie oraz półkami ze stali nierdzewnej, bez właściwości antybakteryjnych?	Zamawiający nie dopuszcza.
8.	Czy drzwi wewnętrzne mogą zostać wykonane z innego materiału o lepszych właściwościach izolacyjnych niż aluminium?	Zamawiający dopuszcza, aby drzwi wewnętrzne zostały wykonane z innego materiału o lepszych właściwościach izolacyjnych niż aluminium.
9.	Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamrażarki z portem USB i pamięcią wbudowaną zamiast karty SD?	Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zamrażarki z portem USB i pamięcią wbudowaną zamiast karty SD.  Tym samym Zamawiający modyfikuje pkt 12 Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznika nr 6 do SWZ).
10.	Czy zamrażarka ma posiadać funkcję, pozwalającą na programowane opóźnienie włączenia się urządzenia po przywróceniu utraconego zasilania, która minimalizuje ryzyko uszkodzenia urządzenia?	Zamawiający wymaga, aby zamrażarka posiadała funkcję opóźnienia włączenia się urządzenia po przywróceniu utraconego zasilania jednakże <b><u>nie precyzuje wymagań w kontekście programowania tej funkcji.</u></b>
11.	Czy aby zagwarantować bezpieczną i bezproblemową pracę zamrażarki, system BACK UP CO2 ma być tego samego producenta co zamrażarka?	Zamawiający nie wymaga, aby system BACK UP CO2 był tego samego producenta co zamrażarka.

Z poważaniem

Z-ca Kierownika  
Działu Zamówień Publicznych  
Centrum Zamówień Publicznych  
  
mgr Marta Jagielska