

Milicz, dn. 12.11.2021 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP13/2021

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 Prawa zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), nr postępowania MCM/WSM/ZP13/2021 pn.: **Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego Milickiego Centrum Medycznego sp. z o. o.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1- dot. SWZ, Warunki udziału w postępowaniu

Czy Zamawiający w celu ochrony swoich interesów będzie żądał dołączenia do oferty, autoryzacji/upoważnienia producenta do wykonywania działań serwisowych przez Wykonawcę?

Zdaniem Wykonawcy, spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia powinno być także potwierdzone takim upoważnieniem od producenta aparatu, co daje Zamawiającemu pewność, dostępności poprzez Wykonawcę do oryginalnych, nowych części zamiennych. Daje także pewność, że aparat będzie zawsze pracował wg specyfikacji, będą przestrzegane konieczne procedury i wykonywane działania w odpowiedzi na noty bezpieczeństwa producenta, a usługi będą wykonywane tylko przez pracowników Wykonawcy, przeszkolonych bezpośrednio przez producenta, co jest potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Pozwoli to uchronić Zamawiającego od ewentualnych zarzutów, niedochowania odpowiedniej staranności w przypadku incydentu medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający z godnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 art. 90, która nie określa że działania mogą wykonywać jedynie podmioty autoryzowane przez wytwórcę, nie będzie wymagał autoryzacji.

PYTANIE NR 2 - dot. SWZ, Warunki udziału w postępowaniu

Czy celu ochrony interesów Zamawiającego, a przede wszystkim mając w trosce należyte wykonanie usług, bezpieczeństwo pacjentów i personelu, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który nie będzie autoryzowanym Wykonawcą, posiadania: - aktualnych instrukcji serwisowych w wersji elektronicznej i papierowej
- umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania kluczami i/lub kodami serwisowymi w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia
- umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania dokumentacją techniczną Wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wykonania przeglądów technicznych zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta. Co wiąże się z posiadaniem instrukcji serwisowej, kodów dostępu oraz dokumentacji technicznej danego aparatu.

PYTANIE NR 3 - dot. SWZ, Warunki udziału w postępowaniu

Czy celu ochrony interesów Zamawiającego, a przede wszystkim mając w trosce należyte wykonanie usług, bezpieczeństwo pacjentów i personelu, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który nie będzie autoryzowanym Wykonawcą, posiadania przez Wykonawcę minimum 2 lub więcej pracowników, przeszkolonych przez producenta z danego aparatu, co jest udokumentowane aktualnym certyfikatem imiennym wydanym przez producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie będzie wymagał określonej ilości pracowników. Istotne dla zamawiającego jest wykonanie usługi zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta.

PYTANIE NR 4 - dot. SWZ, Warunki udziału w postępowaniu

Czy inżynierowie Wykonawcy w ramach wykonywania usług i w celu jasnej komunikacji z użytkownikiem mają posługiwać się językiem polskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK inżynierowie Wykonawcy w ramach wykonywania usług i w celu jasnej komunikacji z użytkownikiem mają posługiwać się językiem polskim .

PYTANIE NR 5 - dot. Załącznik Nr 4 do SWZ, wzór umowy

W celu ochrony interesów Zamawiającego i należytego wykonania umowy czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie wzoru umowy następującym zapisem:

Zamawiający ma prawo zweryfikować prawidłowość i należyte wykonanie usług poprzez zwrócenie się do producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, celem wydania orzeczenia technicznego. Jeśli orzeczenie techniczne potwierdzi wykonanie usług niezgodnie z wymaganiami producenta, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% wartości umowy wraz z jednoczesną możliwością rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Powyższe nie zwalnia Zamawiającego z ubiegania się dodatkowego odszkodowania w celu zadośćuczynienia poniesionej szkody.

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie wzoru umowy zgodnie z wyżej wymienionym zapisem .

Zamawiający zmieni w tym zakresie wzór umowy i zmieniony wzór umowy zamieści na stronie prowadzonego postępowania.

PYTANIE NR 6 - dot. SWZ/Załącznik Nr 4 do SWZ, wzór umowy

Zamawiający pisze że, zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami prawa. Czy Zamawiający rozumie przez to, że Wykonawca ma wykonać wszystkie czynności/procedury zalecane przez producenta, także te, które wymagają dostępu do kodów serwisowych/legalnego pełnego dostępu serwisowego do urządzeń?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK zamawiający będzie wymagał dostępu do kodów oraz pełnego dostępu serwisowego do urządzenia.

PYTANIE NR 7 - dot. Załącznik Nr 4 do SWZ, wzór umowy

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy.

PYTANIE NR 8 - dot. Załącznik Nr 4 do SWZ, wzór umowy

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać serwis. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści wzoru umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą.

Zamawiający zmieni w tym zakresie wzór umowy i zmieniony wzór umowy zamieści na stronie prowadzonego postępowania.

PYTANIE NR 9- dot. dot. Załącznik Nr 4 do SWZ, wzór umowy

Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać usługę serwisową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać usługę serwisową.

PYTANIE NR 10- dot. Załącznik Nr 4 do SWZ, wzór umowy

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §...umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy.

Zamawiający zmieni w tym zakresie wzór umowy i zmieniony wzór umowy zamieści na stronie prowadzonego postępowania.

PYTANIE NR 11- dot. Załącznik Nr 4 do SWZ, wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących Prawa własności intelektualnej i przemysłowej:

a. W przypadku wymiany części zamiennych

(1) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, Zamawiający i Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany poniżej w pkt. (2).

(2) Zamawiający przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia oraz będzie świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli Wykonawca tego zażąda.

b. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do

(i) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej części

(ii) zastąpienia lub zmodyfikowania wymienionej części w celu uniknięcia naruszenia lub

(iii) zapłaty odszkodowania w wysokości zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu i nieprzekraczającej trzykrotności wartości brutto umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający wprowadzi do wzoru umowy zapisy dotyczące Prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Zamawiający zmieni w tym zakresie wzór umowy i zmieniony wzór umowy zamieści na stronie prowadzonego postępowania.

Uwaga :

Wyżej wymienione pytania Wykonawcy wpłynęły do Zamawiającego w ustawowym terminie dotyczące zadawania pytań . W związku z tym zamawiający udziela odpowiedzi na te pytania i informuje , że zmienia termin składania ofert do dnia 17.11.2021 r. do godziny 11⁰⁰.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 17.11.2021r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SWZ.

Komisja w składzie:

1. Jan Żurkowski -
2. Alicja Strychowska -
3. Michał Cichocki - 
4. Zdzisław Konieczny - 