



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław, dnia 19.06.2024 r.

dotyczy: **TP 51/24 – dostawa szybkich testów diagnostycznych wraz ze sprzętem potrzebnym do ich wykonania**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1 :**

Dzień dobry, proszę uprzejmie o informację, gdzie docelowo testy będą wykorzystywane - laboratorium czy poszczególne oddziały szpitalne? Zapytanie wynika z tego, iż mamy dwa działy w firmie (nazwa firmy) - chciałabym wiedzieć do kogo przekazać przygotowanie oferty - Dział Laboratoryjny czy też Profesjonalny. Z góry dziękuję za odpowiedź.

**Odp. nr 1: Wszystkie testy wykorzystywane będą w laboratorium.**

**Pytanie nr 2 :**

Dotyczy Poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu wykrywającego *Cryptosporidium* oraz *Giardia Lamblia* w kale na jednej kasetce? Czułość oraz swoistość dla *Cryptosporidium* wynosi 99%

**Odp. nr 2 : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 3 :**

Dotyczy Poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego czułość dla Rota- i Adenowirusów wynosi 99,9%, a swoistość wynosi 98,8% dla rotawirusów i 99,5% dla adenowirusów?

**Odp. nr 3 : Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.**

**Pytanie nr 4 :**

Dotyczy Poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szybkiego testu immunochromatograficznego do wykrywania antygeny GDH, toksyny A i toksyny B *Clostridium difficile* w kale o czułości analitycznej wynoszącej 0,8 ng/ml dla antygeny GDH, 2 ng/ml dla toksyny A i 0,63 ng/ml dla toksyny B z kontrolą wewnętrzną w formie



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

roztworu i prążka kontrolnego lub z zewnętrzną kontrolą pozytywną w formie wymazówki? Względna czułość i specyficzność testu wynosi >99%. Czułość i swoistość wyznaczona wzg. metody referencyjnej tj. metoda ELISA.

**Odp. nr 4 : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 5 :**

Dotyczy Poz. 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego czułość wynosi 97,6% a swoistość 99,9%?

**Odp. nr 5 : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 6 :**

Dotyczy Poz. 10: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia kontroli dodatniej i ujemnej dla testu wykrywającego Legionella pneumophila.

**Odp. nr 6 : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 7 :**

Dotyczy Poz. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 97,1% i swoistości 97,2%?

**Odp. nr 7 : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 8 :**

Dotyczy Poz. 12: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia kontroli dodatniej i ujemnej dla testu wykrywającego Astrowirusy w kale.

**Odp. nr 8 : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Sporządziła : Ewa Sikorska-Danilewicz