

Sosnowiec, dnia 5 maja 2022 roku

Oznaczenie sprawy: 42/2022/TL/KP

Do wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „DOSTARCZENIE CHROMATOGRAFU GAZOWEGO (Z OSPRZĘTEM) WRAZ Z JEGO MONTAŻEM I WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH PRAC ADAPTACYJNYCH W LABORATORIUM ZAMAWIAJĄCEGO”

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  
(podstawa: § 17 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, dalej „regulaminu”)

W związku z otrzymaniem w dniu 5 maja br. wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), przekazuję treść pytania oraz wyjaśniam:

**PYTANIE:** „Czy Zamawiający dopuści stosowanie (i dostawę) strzykawek 5ul w miejsce strzykawek o pojemności 10ul?”

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy poz. 8 TABELI 2. Rozdziału 3 SWZ co oznacza, iż wymaga dostawy strzykawek 10 µL, a nie 5 µL.

PREZES ZARZĄDU  
Paweł Kopczyński