

**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 1**Wszyscy uczestnicy postępowania****Znak: P-M/DZZP/ 2085 / 1174 /24****Data: 10.06.2024 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Zakup sprzętu medycznego do zabiegów ginekologicznych na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.” Znak Sprawy 1829/2024 w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu nr LTPL00022, pn. „Świadczenie wysokiej jakości usług medycznych na obszarze pogranicza polsko-litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chirurgicznego i profilaktyki chorób zagrażających życiu” dofinansowanego w ramach programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1**Dotyczy pakietu nr 1**

załącznik nr 3 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 niektórych elementów przedmiotu zamówienia, tj.: pokrywa do tacy drucianej, wkład silikonowy, kołki mocujące tacy i paski silikonowe, które spełniają wszystkie wymagane parametry techniczne i sąprzeznaczone przez producenta do pracy w środowisku szpitalnym, jednak nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem nie podlegają obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23%? W związku z powyższym prosimy o zgodę na podział wiersza w formularzu w taki sposób aby była możliwość wpisania dwóch stawek VAT.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE nr 2**Dotyczy pakietu nr 1**

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 60 dni od podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 10.06.2024 r. Specyfikacji Warunków Zamówienia, Modyfikacji nr 1 z dn. 10.06.2024 r Załącznika Nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy oraz Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dn. 10.06.2024 r.

**„Pro-Medica” w Elk Sp. z o.o.**

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

PYTANIE nr 3**Dotyczy pakietu nr 1**

załącznik 4 Umowa, § 5 ust. 4 Czy z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w/w zadaniu dostępności części zamiennych przez okres 7 lat od dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 10.06.2024 r Załącznika Nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem