



ul. Kuźnicza 49/55, pok. 100
50-138 Wrocław

tel. +48 71 375 22 34
fax +48 71 375 24 72

bzp@uwr.edu.pl | www.uni.wroc.pl

Wrocław, dnia 07.01.2025r.

nr postępowania: BZP.2710.99.2024.ECS

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie
internetowej prowadzonego postępowania)

INFORMACJA NR 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą:
"Dostawa Mikroskopu stereoskopowego."

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w przedmiotowym postępowaniu, oraz dokonuje zmiany SWZ i ogłoszenia w poniżej określonym zakresie:

Pytanie 1.

Zamawiający w Zał. nr 3 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia wymaga w punkcie 3 cyt. „Rewolwer obiektywowy 6-pozycyjny”. Rozwiązanie takie nie jest stosowane w mikroskopach stereoskopowych i jest charakterystyczne dla mikroskopów do obserwacji dużych powiększeń przy wykorzystaniu obiektywów o mniejszych gabarytach i o większych powiększeniach (np. mikroskopy biologiczne w układzie prostym/pionowym lub odwróconym z obiektywami o powiększeniu np. 10x, 40x, 100x). Ponadto Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia wymaga jednego obiektywu. Mając powyższe na uwadze Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „Rewolwer obiektywowy 6- pozycyjny”?

Odpowiedz 1

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu „Rewolwer obiektywowy 6- pozycyjny”

Pytanie 2.

Zamawiający w Zał. nr 3 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia w punkcie 5 opisuje wymagany obiektyw. W opisie podano dwa razy wielkość 81 mm. Cyt.: „Obiektyw co najmniej 81 mm (długość parfokalna co najmniej 137 mm), powiększenie co najmniej od 10 do 80x, odległość robocza co najmniej 81 mm”. Prawdopodobnie jest to omyłka pisarska. Czy Zamawiający zrezygnuje z sformułowania „co najmniej 81 mm” następującego zaraz po słowie „Obiektyw”? Propozycja zapisu: „Obiektyw co najmniej 81 mm (długość parfokalna co najmniej 137 mm), powiększenie co najmniej od 10 do 80x, odległość robocza co najmniej 81 mm”.

Odpowiedz 2

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu „co najmniej 81 mm”.

Pytanie 3.

Pytanie do SWZ, IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, punkt 28 Gwarancja. Zamawiający oczekuje minimalnego okresu gwarancji nie krótszego niż 24 miesiące licząc od dnia następnego, po odbiorze przedmiotu umowy. Standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta mikroskopów, które zamierza zaoferować wykonawca wynosi 12 miesięcy. Producent posiada w ofercie dłuższe okresy gwarancji, są to jednak opcje dodatkowo płatne. Wydłużenie okresu gwarancji o kolejne 12 miesięcy wiązałoby się dla Zamawiającego z dodatkowym wzrostem ceny zamówienia o 6%. Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu taki produkt, ale wydaje się to niekorzystne dla kupującego. W związku z powyższym, czy Zamawiający wyraża zgodę na minimalny okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy?

Odpowiedz 3

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę minimalnego okresu gwarancji. Zamawiający zmienia Kryterium oceny ofert tj.: „Okres gwarancji (G)”

Okres gwarancji (liczony od dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego)	Ilość punktów
12 miesięcy (podstawowy)	0
24 miesiące	10
36 miesięcy	20

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia do 85 dni od dnia zawarcia umowy? Na skutek działań wojennych na terytorium Ukrainy oraz niestabilnej sytuacji na terenie krajów bezpośrednio zaangażowanych w te działania, dostawy mikroskopów oraz ich podzespołów uległy znacznemu wydłużeniu ze względu na ominięcie ww. terenów i zastosowania transportu morskiego. Zgoda Zamawiającego na dłuższy czas realizacji zamówienia stanowi kluczowy element przy planowaniu ewentualnej dostawy.

Odpowiedz 4

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia. Zamawiający zmienia Kryterium oceny ofert tj.: „Termin Dostawy Zamówienia”

Termin dostawy zamówienia	Ilość punktów
od 81 do 100 dni	0
od 61 do 80 dni	5
od 41 do 60 dni	10
od 21 do 40 dni	15
Od 1 do 20 dni	20

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część SWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Załączniki:

1. Załącznik nr 3 - OPZ – zmiana
2. SWZ- zmiana

ZATWIERDZIŁ:
mgr Elżbieta Solarewicz
Dyrektor Generalny
Uniwersytetu Wrocławskiego