



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI
☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

Łódź, dnia 20.06.2024 r.

ZP/ 81/2024

Dot.: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego na potrzeby Klinik/ Oddziałów CSK UM oraz sprzętu laparoskopowego na potrzeby Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej UCP CSK UM w Łodzi

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1

Dot.: Pakietu nr 3 – Dostawa zestawów narzędzi laparoskopowych II, Punkt 2:

Czy zamawiający dopuści:

Trokary jednorazowe (zestaw 2 x 11 mm): 2 kaniule, 1 trzpień, bezostrzowego, optycznego trokara 11 mm z zaawansowanym systemem fiksacji z dyskiem retencyjnym oraz balonem fiksacyjnym, umożliwiającym wykonanie insuflacji za pomocą otworu na obturatorze, długość kaniuli 100 mm, opakowanie jednostkowe 1 zestaw.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Dot.: Pakietu nr 3 – Dostawa zestawów narzędzi laparoskopowych II, Punkt 2:

Czy zamawiający dopuści:

Jednorazowy, sterylny trokar optyczny 11 mm o długości 100 mm, bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Uszczelka zapewniająca szczelność w zakresie 5-11mm bez konieczności stosowania redukcji. Obturator - atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach, złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację. Pakowane po 6 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Dot.: Pakietu nr 1 poz.3

Proszę o dopuszczenie o objętości wypełnienia 1,6-1,7ml.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ

Pytanie nr 4

Dot.: Pakietu nr 1 poz.20

Proszę o dopuszczenie o objętości wypełnienia 1,6-1,7ml.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ

Pytanie nr 5**Dot.: Pakietu nr 1 poz.20**

Proszę o dopuszczenie przedłużacza w kolorze magenta zamiast czerwonego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ

Pytanie nr 6**Dot.: Pakietu nr 3, poz. 1**

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 1 trokarów jednorazowych (zestaw 2 x 5 mm): 2 kaniule, 1 trzpień, bezostrzowego, optycznego trokara 5 mm z zaawansowanym systemem fiksacji z dyskiem retencyjnym oraz balonem fiksacyjnym, umożliwiającym wykonanie insuflacji, długość kaniuli 150mm 100 mm, 75 mm, 10 szt w op.

Odpowiedź: Zamawiający niedopuszcza

Pytanie nr 7**Dot.: Pakietu nr 3, poz. 2**

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 2 1 kaniuli, 1 trzpienia, bezostrzowego, optycznego trokara 11 mm z zaawansowanym systemem fiksacji z dyskiem retencyjnym oraz balonem fiksacyjnym, umożliwiającym wykonanie insuflacji, 10 szt w op. 1 kaniuli, bezostrzowego, optycznego trokara 11 mm z zaawansowanym systemem fiksacji z dyskiem retencyjnym oraz balonem fiksacyjnym, umożliwiającą wykonanie insuflacji, 10 szt w op. Zestaw 1x10mm Dł kaniuli 100mm.

Odpowiedź: Zamawiający niedopuszcza

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

Uwaga

- 1. W przypadku dopuszczenia parametrów, zapisów innych niż opisane w SWZ, Zamawiający prosi, aby zaznaczyć, iż parametry, zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.**
- 2. Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**

**Zamawiający na stronie internetowej: : https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed udostępnił:
- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami**

Sekretarz Komisji Przetargowej
Agnieszka Bonczkowska