





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM
NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271

 32 281 02 71
32 396 51 00

 32 396 45 09

 SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 26.09.2023 r.

DZP – 32/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Dostawa wyrobów medycznych do aparatów do ciągłej terapii nerkozastępczej, diatermii oraz zabiegów operacyjnych

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, którego treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 9 w pozycji 1 dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni (poświadczona zapisem na opakowaniu stabilność wody i oświadczenie Producenta) sterylizowany radiacyjnie? W zestawie głowica-adapter łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno). Do oferty zostaną dołączone badania potwierdzające że pojemniki do nawilżania można stosować u wielu Pacjentów bez ryzyka zakażenia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. § 8 ust. 1 pkt. 1.1- 1.5, 1.8- 1.9 projektowanych postanowień umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. 1.1- 1.5, 1.8- 1.9:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1.1. zwłoki w wykonaniu dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust. 2 karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonej partii dostawy licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonej partii dostawy.**

1.2. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 9 ust. 2 karę w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 3 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonej w terminie partii dostawy.**

1.3. za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 – 15 umowy, karę umowną w wysokości **0,5 %** wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy.

1.4. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 18 w wysokości 0,5 % wartości netto **przedmiotu** umowy, którego dotyczą opóźnione dokumenty, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 18, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto przedmiotu umowy, którego dotyczą opóźnione dokumenty.**

1.5. zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 3 ust. 21 w wysokości 0,5 % wartości netto **niezrealizowanej części** umowy dla danego pakietu, licząc za każdy dzień zwłoki od upływu dnia

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo
Śląskie**

zrealizowania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 21, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.**

1.8. naruszenia obowiązku § 3 ust. 8 oraz § 6 ust. 2, Zamawiający nakłada na Wykonawcę Karę umowną w wysokości **125,00** złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia

1.9. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o której mowa w § 12 ust. 10

pkt 5) w wysokości 0,01% należnej kwoty za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% nieuregulowanego w zapłacie części wynagrodzenia netto należnego podwykonawcy.** (...)

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę w zakresie § 8 ust. 1 pkt. 1.3, jednocześnie informuje, iż § 8 ust. 1 pkt. 1.3 projektowanych postanowień umownych (Załącznik nr 4 do SWZ) otrzymuje brzmienie:

„1.3. za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 – 15 umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy”.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 3 – dot. § 9 ust. 1 projektowanych postanowień umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 9 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskami, elektrodą szpatułkową, kablem przyłączeniowym o długości min. 3 m z wtykiem 3pin?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazową elektrodę neutralną dwudzielną, bezkierunkową dla dorosłych o powierzchni 105 cm²? Elektroda dwudzielna z warstwą hydrożelową umożliwiającą absorpcję płynów i utrzymanie wilgoci.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną neutralną dzieloną o dwóch równomiernych powierzchniach czynnych, pow. czynna 105cm²? Elektroda kompatybilna z aparatem Erbe typ VIO 300D.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową, prostą, 2,5 x 20 mm, wielorazowa długość 50 mm, wtyk śr. 2,4 mm x 5 szt lub elektrodę nożową, prostą, 2 x 16 mm, wielorazowa długość 45 mm, wtyk śr. 4 mm x 5 szt?

Odp.: Zamawiający dopuszcza oba rodzaje elektrod.

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści elektrodę szpatułkową, prostą, 2,5 x 20 mm, wielorazowa ,długość 50 mm,

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

wtyk śr. 2,4 mm x 5 szt. lub elektrodę szpatełkową, prostą, 3 x 25 mm, wielorazowa ,długość 45 mm, wtyk śred. 4 mm x 5 szt?

Odp.: Zamawiający dopuszcza oba rodzaje elektrod.

Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści elektrodę szpatełkową, prostą, elastyczną, 2,5x20 mm, wielorazowa, długość 135 mm, wtyk śr. 2,4 mm, x 5 szt. lub elektrodę szpatełkową, prostą, elastyczną, 2 x 16 mm, wielorazowa, długość 85 mm, wtyk 4 mm x 5 szt.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza oba rodzaje elektrod.

Pytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 3 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści elektrodę szpatełkową, prostą, 2,5 x 20 mm, wielorazowa , długość 135 mm, wtyk 2,4 mm lub elektrodę szpatełkową, prostą, 2,5 x 20 mm, wielorazowa , długość 135 mm, wtyk średn. 4mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 3 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści elektrodę szpatełkową, prostą, 2,3 x 19 mm, jednorazową, długość 54 mm, wtyk średn. 2,4 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 3 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści elektrodę lancetową, zagiętą, 1,8 x 19 mm, wielorazowa, długość 45 mm, wtyk śr. 4 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści elektrodę igłową, prostą, izolowaną, 0,5 x 4 mm, wolframowa, długość 50 mm, wtyk śr. 2,4 mm lub elektrodę igłową, prostą, izolowaną, 0,5 x 4 mm, wolframowa, długość 60 mm, wtyk śr. 4mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 3. poz. 12

Czy Zamawiający dopuści elektrodę szpatełkową, prostą, 2,3 x 19 mm, jednorazową, długość 54 mm, wtyk średn. 2,4 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Równocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę https://platformazakupowa.pl/pn/szpital4_bytom **do dnia 02.10.2023 r. do godziny 09:00.**

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.10.2023 r. o godzinie 09:05.**

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni tj. do dnia do dnia 31.10.2023 r.**

Zatwierdził:
DYREKTOR
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie