



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ zam.publ@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Sprawa nr ZP/18/2023

Łódź, dnia 08.03.2023 r.

„Dostawa jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Hemodynamiki oraz oprogramowania do analizy wieńcowej na potrzeby Pracowni Hemodynamiki i Angiokardiografii dla CSK UM w Łodzi – III”

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia Nr 1 W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytania Nr 1

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do złożenia oferty w zakresie pakietu nr 2 na cewniki balonowe do walwuloplastyki kompatybilne z przewodnikiem 0,035” oraz 0,038” oraz z możliwością wprowadzenia przez koszulkę naczyniową o średnicy:

7F dla rozmiaru balonów 14-15mm

8F dla rozmiaru balonów 16-20mm

9F dla rozmiaru balonów 23mm

10F dla rozmiaru balonów 25mm

11F dla rozmiaru balonów 28mm

12F dla rozmiaru balonów 30mm przy pozostałych wymaganych parametrach bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Zamawiający wymaga aby cewniki balonowe w średnicach objętych postępowaniem były kompatybilne z przewodnikiem 0.035 w całym zakresie średnic.

Pytanie Nr 2:

Pakiet 2

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników balonowych o średnicy od 15 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.

Pytanie Nr 3:

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie do pakietu nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości przewodników zamiast o dł 190 cm oferujemy długości 175 lub 220cm. Szczegółowy opis produktu:

Przewodniki diagnostyczne, obwodowe o pokryciu teflonowym, hydrofobowym lub z PTFE: - końcówka przewodnika atraumatyczna giętka, prosta, J-curve o różnych długościach: 3 cm, 7 cm, 10 cm, 15 cm, 20



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ zam.publ@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

cm., oraz promieniach: 1.5, 2, 3, 6, 15 mm

- przewodnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem
- przewodnik o stałym lub ruchomym stalowym rdzeniu pokrytym teflonem
- przewodniki zapewniające dobrą manewrowalność, skonstruowane z jednolitego rdzenia z opłotem
- długości od 80 do 260 cm,
- średnica od 0,018" do 0,038" i 0,065"
- dobre kontrastowanie w rtg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.

Udzielone odpowiedzi należy czytać łącznie z dokumentami zamówienia.

Kinga Miśkiewicz