



Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wszpila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Piła, dn. 24.05.2022 roku

FZP.II – 241/38/22

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym przetargu pod nazwą:
STENTY SAMOROZPRĘŻALNE

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania samorozprężalne stenty do protezowania zwężeń dróg żółciowych: Dostępne w wersji pokrywanej, częściowo pokrywanej i niepokrywanej, Z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych (w wersji z pokryciem na całej długości), w przypadku implantacji w zwężeniach łagodnych możliwe usunięcie w okresie do 12 miesięcy od momentu implantacji (warunki usunięcia muszą być opisane w instrukcji dołączonej do produktu). Wykonane z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie RTG. Długości: 4, 6, 8, 10 i 12 cm, Średnica: 8 , 10 mm. Zamontowane na zestawie o średnicy max. 9 Fr. Stenty z możliwością uwalniania go zarówno we współpracy z systemem narzędzi z krótkim przewodnikiem jak i w sposób standardowy z przewodnikiem długim. Z możliwością ponownego złożenia protezy po uwolnieniu do min 80% długości, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie protezy, dodatkowy marker kontrolny na rękojeści.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie następującego produktu:

Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu.

Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu.

Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny.

Długość całkowita protez: 40mm, 60mm, 80mm, 100mm; średnica 10mm lub 8 mm;

Aplikator o długości 180cm i średnicy 8 Fr (2,66mm).

Proteza kompatybilna z przewodnicą 0,035 cala;

posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach i 3 w części środkowej;

posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

dotyczy wzoru umowy Par. 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

5. Jeżeli w dostarczonej partii towaru Zamawiający stwierdzi wady jakościowe lub ilościowe, niezwłocznie zawiadomi o nich Wykonawcę, który wymieni towar na wolny od wad w ciągu **3 dni** roboczych od daty zawiadomienia, nie obciążając Zamawiającego kosztami wymiany

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.