

**Informacja o wpłynięciu pytań oraz modyfikacji zapytania ofertowego  
na dostawę głowicy L12-3E do aparatu USG dla Powiatowej Przychodni Specjalistycznej  
ZZOZ w Wadowicach**

W związku z wpłynięciem pytań do zapytania ofertowego na dostawę głowicy L12-3E do aparatu USG dla Powiatowej Przychodni Specjalistycznej ZZOZ w Wadowicach, znak: 10/RC/ZP/ZZOZ/2019, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi oraz na podstawie zapisów pkt IX.3 Zapytania ofertowego modyfikuje treść projektu umowy, oraz załącznik nr 2 Formularz ofertowy:

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 30 dniowy termin płatności?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę**, jednocześnie **modyfikuje**: zapisy §5 ust. 2 nadając mu nowe brzmienie: „2. Należność będzie płatna w ciągu 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego”. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 Formularz ofertowy, który stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

**Pytanie nr 2:** Czy Zamawiający zrezygnuje z obowiązku przeprowadzania przeglądu technicznego Przedmiotu Zamówienia? Przedmiotem Zamówienia jest głowica, która stanowi wyłącznie element wyposażenia aparatu USG i nie wymaga przeprowadzania osobnych przeglądów. Sprawność głowicy jest potwierdzana podczas przeglądu okresowego-technicznego aparatu USG, dla którego jest ona wyposażeniem.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę**.

**Pytanie nr 3:** Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wykreśli zapisy §4 ust. 1.3 umowy oraz §4 ust. 1.6 umowy, które dotyczą naliczania kar umownych za nieterminowość przeglądów?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę**, jednocześnie **modyfikuje** zapisy §4 poprzez **usunięcie** ust. 1.3 i ust. 1.6. Ponadto Zamawiający **modyfikuje** §3 poprzez **usunięcie**: pkt. 7 ust. 7.2, 7.3, 7.4.

**Pytanie nr 4:** §3 ust. 12 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „Naprawa uszkodzonego sprzętu powinna nastąpić w terminie do 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia”, ze względu na fakt, że głowica nie jest elementem podlegającym naprawie? W przypadku uszkodzenia głowicy w okresie trwania gwarancji, które nie wynika z winy użytkownika, niezbędna jest wymiana głowicy na nową. Nowa głowica na gwarancji sprowadzana będzie z poza UE i nie mamy wpływu na czas dostawy.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę**, jednocześnie **modyfikuje** zapisy §3 ust. 12 nadając mu nowe brzmienie: „12. Naprawa uszkodzonego sprzętu powinna nastąpić w terminie do 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia”

**Termin składania ofert ulega zmianie. Oferty składamy tylko poprzez platformę zakupową do dnia 15.03.2019r. do godz. 11:30.**

*Zastępca Dyrektora ds. Technicznych  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wadowicach  
mgr inż. Piotr Kopijas*

Otrzymują:

<https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>

1 x a/a.