

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Łódź, 31.05.2021 r.

e-mail: marta.kieras@barlicki.pl

Tel. 42 677-68-24

Znak sprawy: 12/ZP/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa funduskamery oraz aparatu USG dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.

Szanowni Państwo!

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści funduskamerę o podanych parametrach technicznych?

Lp. 11 Możliwość wykonywania Angiorafii Fluorosceinowej- tak, ma taką możliwość. Możliwość wykonywania Angiografii indocyjaninowej- nie ma takiej możliwości

Lp. 12 Możliwość wykonywania Angiorafii Fluorosceinowej- tak, ma taką możliwość

Lp.14 Funkcja non-mydratic- możliwość wykonania zdjęć kolorowych oka przy wielkości źrenicy od 3,8 mm.

Lp.17 Brak funkcji Auto Fokus

Lp.18 Kompensacja wady sferycznej refrakcji pacjenta od -31D

Lp.19 Kompensacja wady sferycznej refrakcji pacjenta do +33D

Lp.24 Monitor do podglądu (umieszczony w korpusie Funduskamery) o przekątnej min. 77 mm

Lp.31 W zestawie dostarczony komputer wraz z monitorem klawiaturą i myszką bezprzewodową

Lp.32 Komputer wyposażony w oddzielny monitor 17

Pozostałe parametry zgodne z opisem

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

mgr Agnieszka Świątłowska

