

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Kraków, dn. 07.09.2023 r.

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-28/23
Postępowanie pn. „Dostawa sprzętu medycznego”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na następujące pytania:

„Czy zamawiający dopuści platformy o częstotliwość próbkowania Fx oraz Fy 325 Hz?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza platformy o częstotliwości próbkowania Fx oraz Fy 325 Hz.

Odpowiedzi do pytań wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa prowadzonego postępowania
- ✓ a/a