

Wejherowo, dnia 15.02.2022 r.

D.25C/250/ 131 /2022

wg rozdzielnika

I. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na: **ZAKUP SPRZĘTU DO REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJ DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: **D25C/252/N/3-4rj/22**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

(dotyczy tabeli parametrów technicznych – parametry bieżni pkt. 82)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania bieżnię z 1 przyciskiem STOP (bez zrywki), ale z możliwością awaryjnego zatrzymania z poziomu komputera-oprogramowania – bez utraty monitorowania EKG pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

2. Zapytanie Wykonawcy:

(dotyczy tabeli parametrów technicznych – parametry bieżni pkt. 83)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania bieżnię z powierzchnią użytkową pasa: 1500 x 500 mm.

Uzasadnienie: Różnica w oferowanych wymiarach jest niewielka (ok. 5 cm) i nie wpływa w żaden sposób na komfort ćwiczącego oraz jakość prowadzonych badań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

3. Zapytanie Wykonawcy:

(dotyczy tabeli parametrów technicznych – parametry bieżni pkt. 89-96)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy bieżnię wyposażoną w zintegrowany moduł pomiarów ciśnienia – moduł montowany na stałe na poręczy bieżni. Moduł ciśnienia posiada kolorowy, 7" wyświetlacz. Oferowane urządzenie spełnia normy: RoHS/WEEE-konform, MDD 93/42/EE, SO 9001:2003, ISO 13485:2008, FDA 510K, IEC 60601-1

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

4. Zapytanie Wykonawcy:

(dotyczy tabeli parametrów technicznych – parametry bieżni pkt. 96)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania pomiaru ciśnienia metodą Riva-Rocci Korotkoff z zakresem pomiarowym: 50 - 250 mmHg

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy sprzętu do 56 dni (8 tygodni) od dnia podpisania umowy.

Uzasadnienie: W zakładach produkcyjnych sprzętów medycznych są opóźnienia z realizacją zamówień - brak części do sprzętów ze względu na obecnie panującą pandemię. Opóźnione są też odprawy celne, a nawet wysyłki towarów w państwach UE.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu do 56 dni od dnia podpisania umowy.

6. Zapytanie Wykonawcy:

DOTYCZY ZAPISÓW SIWZ pkt V Termin wykonania zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 56 dni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu do 56 dni od dnia podpisania umowy.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry techniczne Zadanie 5 – Bieżnia

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bieżni o kącie nachylenia od 0 do 15%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

II. Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 286 ust. 3 oraz ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o zmianie treści SWZ oraz w konsekwencji zmienia ogłoszenie o zamówieniu w następującym zakresie:

Było:

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot umowy o zamówienie publiczne realizowany będzie w terminie **do 42 dni**, na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 5 do SWZ „Projekt Umowy”.

Jest:

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot umowy o zamówienie publiczne realizowany będzie w terminie **do 56 dni**, na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 5 do SWZ „Projekt Umowy”.

Było:

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany **przez okres 30 dni to jest do dnia 19.03.2022 r.**

Jest:

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany **przez okres 30 dni to jest do dnia 23.03.2022 r.**

Było:

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARTCIU OFERT

1. Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć do dnia 18.02.2022 r. do godz. 08:30 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie>). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

Jest:

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARTCIU OFERT

1. Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć do dnia 22.02.2022 r. do godz. 08:30 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie>). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

Załącznik nr 5 do SWZ:

Było:

znak: D25C/252/N/3-4rj/22

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie **do 42 dni od dnia podpisania Umowy.**

Jest:

§ 3

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie **do 56 dni od dnia podpisania Umowy.**

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**


mgr Monika Klause