



Szp-241/ZP –105/873/2023

Wrocław, dnia 20.12.2023 r.

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa materiałów szewnych i produktów hemostatycznych – postępowanie uzupełniające.*”

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 1 poz.1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. 1 dopuści igłę okrągłą przyostrzoną wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną igłę z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 2 poz.3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz. 3 dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną typu PRIME? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną igłę z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie nr 3 - dotyczy pakietu nr.8 poz.2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w poz. 2 dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, dwuwkłęsłą, PRIME z nitką o dł. 50cm? Pozostałe parametry bez zmian..

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną igłę z nitką o dł. 50 cm

Pytanie nr 4 - dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 dopuści szew szybkowchłaniały wykonany z syntetycznego przyswajalnego monofilamentu złożonego z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu. Podtrzymywanie tkankowe: 7 dni - 60-50%, 14 dni - 30-20%, 21 dni - 11-0%. Całkowita wchłaniałość szwu - 90-120 dni ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 3,4:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 poz. 3,4 dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, dwuwkłęsłą typu PRIME?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 6 - dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny wchłaniające się między 60-70 dniem od zaimplantowania (początek 60 dzień, zakończenie 70 dzień), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.



Pytanie nr 7 - dotyczy pakietu nr 2 poz.3

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „flash point”?

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem „flash point” rozumie igła dwu wkłęśła kosmetyczna.

Pytanie nr 8 - dotyczy pakietu nr 4 poz.1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 9 - dotyczy pakietu nr 4 poz.1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą tępą?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 10 - dotyczy pakietu nr.4 poz.4

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną igłę z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie nr 11 - dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, syntetyczne, monofilamentowe, z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu, wchłaniające się między 90-120 dniem od zaimplantowania o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego w 40% po 14 dniach od zaimplantowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną igłę. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12- dotyczy pakietu nr 7 poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza oferowaną igłę. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13- dotyczy pakietu nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną igłę. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14 – dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniające się w 180-210 dni od zaimplantowania, bez dodatku triklosanu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 15 – dotyczy pakietu nr 10:

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, syntetyczne, monofilamentowe, z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu, wchłaniające się między 90-120 dniem od zaimplantowania o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego w 40% po 14 dniach od zaimplantowania, bez dodatku triclosanu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
WE WROCŁAWIU**

Pytanie nr 16 – dotyczy pakietu nr. 10, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

Inż. Jacek Banaszak

REFERENCJA
ds. Zamówień Publicznych

Małgorzata Cielęcka

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

