



**Dotyczy:** postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Dostawa zestawu holterowskiego do 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

### Zestaw pytań nr 1

#### **Pytanie nr 1**

Pkt. 13 Maksymalne rozmiary rejestratora: 100x70x30 mm +/- 3%.

**Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy rejestrator o wymiarach 113x75x26 mm?**

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza

#### **Pytanie nr 2**

Pkt. 17 Tryby pracy administratora i użytkowników systemu.

**Proszę o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga trybu pracy administratora i użytkowników systemu, realizowany poprzez aplikację analizującą? Czy Zamawiający dopuści system z możliwością realizacji trybu pracy administratora i użytkowników systemu przy użyciu systemu operacyjnego?**

W praktyce tryb pracy administratora i użytkowników systemu, jako funkcja systemu operacyjnego Windows, jest najbardziej uniwersalnym i funkcjonalnym rozwiązaniem.

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 3**

Pkt. 18 Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem.

**Proszę o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia dostępu do oprogramowania hasłem, realizowana poprzez aplikację analizującą? Czy Zamawiający dopuści system z możliwością zabezpieczenia dostępu do oprogramowania hasłem przy użyciu systemu operacyjnego?**

W praktyce opcja trybu pracy administratora i użytkowników systemu, jako funkcja systemu operacyjnego Windows, jest najbardziej uniwersalnym i funkcjonalnym rozwiązaniem.

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ





**Pytanie nr 4**

Pkt. 25 Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, ergospirometrię, holter EKG, holter RR.

**Czy Zamawiający dopuści system bez oprogramowania współpracującego z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, ergospirometrię, holter EKG, holter RR?**

Oferowany przez nas system wyposażony jest w oprogramowanie różnych producentów.

Optymalnym rozwiązaniem jest wybór najlepszych zestawów, do danego typu analizy, niekoniecznie jednego producenta.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 3**

Pkt. 28 Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny (światłowodowy) USB - dostarczony razem z zestawem komputerowym.

**Czy Zamawiający dopuści rejestrator z opcją komunikacji z komputerem poprzez przewód USB i złącze Bluetooth?**

Oferowany przez nas rejestrator wykorzystuje najbardziej rozpowszechniony standard, który parametrami technicznymi, jest porównywany do rozwiązania wymaganego.

Użytkownik, nie ponosząc niepotrzebnych wysokich kosztów, może zamienić standardowe łącze. Wymagana technologia komunikacji z komputerem przy użyciu światłowodu obciążona jest cechami negatywnymi. Przewód światłowodowy, przy normalnym użytkowaniu, po zdjęciu dochodzi do załamania. Przewód światłowodowy podatny jest na uszkodzenia.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora  
**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
ds. Lecznictwa

*dr n. med. Paweł Grunpeter*

*kol*