

Węgrów, dnia 14.05.2020 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Ul. Kościuszki 15
07-100 Węgrów

Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę probówek i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb SPZOZ w Węgrowie, Znak: Z/LP/6/20

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące pytania od Wykonawcy.

Dotyczy Załącznika nr 2 – Formularz cenowy

Pakiet 2

Poz.3

Czy zamawiający dopuści pipetki Pasteura sterylne, sterylizowane gazowo?

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie pipetek Pasteura sterylnych, sterylizowanych gazowo.

Poz. 4, 5, 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wymazówki klasy I?

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie wymazówek klasy I. Jednocześnie w przypadku zaoferowania powyższych wymazówek, **wymaga** dołączenia do oferty deklaracji zgodności CE z numerem Jednostki Notyfikowanej, biorącej udział w ocenie zgodności.

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki sterylne A?

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie probówek sterylnych A. W przypadku zaoferowania powyższych probówek, Zamawiający **wymaga** dokumentów poświadczających klasę czystości produktu: czysty sterylność(10-6; SAL ≥6)

Sprostowanie odpowiedzi udzielonej w dniu 13.05.2020 r.

Dotyczy Załącznika nr 2– Formularz cenowy

Pakiet 2

Poz. 4,5,6

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I? SIWZ nie zawiera w/w informacji?

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza**, aby przedmiot zamówienia należał do niższej klasy I, jednocześnie rezygnując z wymogu, aby produkt należał tylko do Medycznej Klasy IIa

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
lek. med. Artur Skóra