



Znak: AE/ZP-27-30/23

Tarnów, 2023-05-11

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy: rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych.**

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1-2.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania na opakowaniu handlowym rękawic norm EN 420 i EN 455?
- Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie : Rękawica chirurgiczna lateksowa, bezpydrowa, anatomiczny kształt, kolor naturalnego lateksu, powierzchnia zewnętrzna gładka, wykończenie mikroteksturowane/teksturowane, powierzchnia wewnętrzna polimerowa, rolowany mankiet. AQL 0,65. Długość całkowita min. 290mm. Zgodność z normami: EN 455, EN 420 lub równoważny, EN ISO 374-1,5 lub równoważny, EN 556 lub równoważny. Wyrób medyczny kl. IIa i środek ochrony indywidualnej kat III., pakowana parami w dyspenserze a'50 wyposażonym w min. 2 otwory, na opakowaniu jednostkowym: rodzaj rękawic(rękawica chirurgiczna) w języku polskim, piktogramy dot. EN ISO 374-1,5 lub równoważny, nr LOT, data ważności, rozmiar. 6,0-9,0 do wyboru przez zamawiającego;
- Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Rękawica chirurgiczna lateksowa, bezpydrowa, anatomiczny kształt, kolor naturalnego lateksu, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana/ teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem, mankiet prosty. AQL 0.65. Długość całkowita min. 280mm. Zgodność z normami: EN 455 lub równoważny, EN 420 lub równoważny, EN ISO 374-1,5 lub równoważny, EN 556 lub równoważny. Wyrób medyczny kl. IIa i środek ochrony indywidualnej kat III., pakowana parami w dyspenserze a'50 wyposażonym w min. 2 otwory, na opakowaniu jednostkowym: rodzaj rękawic(rękawica chirurgiczna) w języku polskim, piktogramy dot. EN ISO 374-1,5 lub równoważny, nr LOT, data ważności, rozmiar. 6,0-9,0 do wyboru przez zamawiającego;
- Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie : Rękawica chirurgiczna lateksowa, bezpydrowa, anatomiczny kształt, kolor naturalnego lateksu/biały, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana/ teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimerowa, mankiet rolowany. AQL 0,65. Zgodność z normami: EN 455 lub równoważny, EN 420 lub równoważny, EN ISO 374-1,5 lub równoważny, EN 556 lub równoważny. Wyrób medyczny kl. IIa i środek ochrony indywidualnej kat III., pakowana parami w dyspenserze a'50 wyposażonym w min. 2 otwory, na opakowaniu jednostkowym: rodzaj rękawic (rękawica chirurgiczna) w języku polskim, piktogramy dot. EN ISO 374-1,5 lub równoważny, nr LOT, data ważności, rozmiar. 6,0-9,0 do wyboru przez zamawiającego
- Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie : Rękawica chirurgiczna bezlateksowa, bezpydrowa; Wykonana z materiału neoprenowopolizoprenowego; anatomiczny kształt, ergonomiczne, kolor naturalny, półprzezroczyste, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimerowa, rolowany mankiet. AQL 0.65. Zgodność z normami: EN 455 lub równoważny, EN 420 lub równoważny, EN ISO 374-1,5 lub równoważny, EN 556 lub równoważny. Wyrób medyczny kl. IIa i środek ochrony indywidualnej kat III., pakowana parami w dyspenserze a'50 wyposażonym w min. 2 otwory, na opakowaniu jednostkowym: rodzaj



- rękawic(rękawica chirurgiczna) w języku polskim, piktogramy dot. EN ISO 374-1,5 lub równoważny, nr LOT, data ważności, rozmiar. 6,0-9,0 do wyboru przez zamawiającego;
6. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie : Rękawica chirurgiczna bezlateksowa, bezpudrowa; (neoprenowe), polimeryzowana od wewnątrz anatomiczny kształt, kolor kremowy , teksturowana powierzchnia zewnętrzna. Mankiet rolowany z opaską lepłą zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy. AQL 0.65. Zgodność z normami: EN 455 lub równoważny, EN 420 lub równoważny, EN ISO 374-1,5 lub równoważny, EN 556 lub równoważny. Wyrób medyczny kl. IIa i środek ochrony indywidualnej kat III., pakowana parami w dyspenserze a'50 wyposażonym w min. 2 otwory, na opakowaniu jednostkowym: rodzaj rękawic(rękawica chirurgiczna) w języku polskim, piktogramy dot. EN ISO 374-1,5 lub równoważny, nr LOT, data ważności, rozmiar. 6,0-9,0 do wyboru przez zamawiającego.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 9 Załącznika nr 4 do SWZ dla rękawic oferowanych w **Pakiecie Nr 4 poz. 1 i 2.**

Ad. 2 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 4 poz. 1**, z uwzględnieniem wcześniej udzielonych dopuszczeń.

Ad. 3 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 4 poz. 1**, z uwzględnieniem wcześniej udzielonych dopuszczeń.

Ad. 4 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 4 poz. 1**, z uwzględnieniem wcześniej udzielonych dopuszczeń.

Ad. 5 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 4 poz. 2.**

Ad. 5 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 4 poz. 2.**

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego

a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

