



Poznań, dnia 3 lipca 2023 roku

Oznaczenie sprawy: TP-70/23

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym na
dostawę urządzeń do Apteki.**

WYJAŚNIENIE NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1

1. Część 1: Prosimy o dopuszczenie suszarki o wymiarach 665 x 635 x 570 mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2. Część 1: Prosimy o dopuszczenie suszarki z obudowa stalową malowana proszkowo.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3. Część 3: Prosimy o dopuszczenie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych 600 x 700 x 1875 mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4. Część 3: Prosimy o dopuszczenie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych 600 x 700 x 1510 mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
5. Część 3: Prosimy o dopuszczenie chłodziarki o pojemności 440 l.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 2

Część 3

Pyt.1

- a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będą umieszczone urządzenia?
Odpowiedź: Urządzenia będą zainstalowane na poziomie parteru.
- b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku (prosimy o podanie ew. wymiarów windy i jej nośności).
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje korzystania z dźwigów osobowych.
- c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzeń po schodach ?
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiej konieczności.
- d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe: szerokość i wysokość ?
Odpowiedź: Drzwi automatyczne: 170cm x 230cm. Drzwi rozwiernie: 120cm x 200cm i/lub 90cm x 200cm.
- e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne uniemożliwiające swobodne dostarczenie urządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje ograniczeń.

Pyt. 2

Prosimy o zgodę na zaoferowanie zamrażarki z drzwiami szklanymi prawymi.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Miejsce instalowanych urządzeń umożliwia komfortowe i bezpieczne użytkowanie tylko w przypadku drzwi lewych. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia są Chłodziarki farmaceutyczne (szafy chłodzące farmaceutyczne), działające w zakresie 2-8°C – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ – Opism Przedmiotu Zamówienia.

Pyt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych
Wysokość – 1992 mm





Głębokość – 673

Pojemność użytkowa 395 L

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowanych wymiarów zewnętrznych oraz pojemności użytkowej dla chłodziarek farmaceutycznych, które są przedmiotem zamówienia, a nie zamrażarek.

Pyt. 4 do umowy, &1 ust.4

Prosimy o zgodę o odstąpienie od wydawania certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu.

Szkolenie uczestników jest obowiązkowym elementem umowy, po którym jest tworzony protokół z nazwiskami wszystkich uczestników biorących udział w szkoleniu. Dopiero na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony jest możliwość wystawienia faktury.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga certyfikatów z przeprowadzonego szkolenia.

Pyt.5 do umowy, 8 ust.4 lit. d.

Prosimy o zmianę zapisu umowy w zakresie kar za zwłokę w przekroczeniu terminu reakcji serwisowej do 0.2%

„ d. za zwłokę w przekroczeniu terminu reakcji serwisowej oraz terminu zakończenia napraw o których mowa w § 6 ust. 9 i 10 w wysokości 2% wartości umowy netto określonej w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.6 do umowy &6 ust. 10

Prosimy o modyfikację zapisu pkt. 10 umowy

Jest

„ Wykonawca oświadcza, że gwarantuje czas naprawy do 3 dni roboczych od dnia podjęcia czynności mających na celu diagnozę niesprawności. W przypadku konieczności dostarczenia części spoza terytorium RP, czas ten ulega wydłużeniu o 2 dni robocze. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku od godz. 7.00-17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na podstawie odrębnie obowiązujących przepisów. ”

Na

„ Wykonawca oświadcza, że gwarantuje czas naprawy do 3 dni roboczych od dnia podjęcia czynności mających na celu diagnozę niesprawności. W przypadku konieczności dostarczenia części spoza terytorium RP, czas ten ulega wydłużeniu o 7 dni robocze. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku od godz. 7.00-17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na podstawie odrębnie obowiązujących przepisów. ”

Wyspecyfikowany przez Zamawiającego czas reakcji serwisu będzie trudny do spełnienia zwłaszcza w sytuacji sprowadzenia części z zagranicy.

Dostawa brakującej części do kurierem to czas ok. 5 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

