



Puck, dn. 07.03.2024 r.

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie nieograniczonym na sukcesywne dostawy sprzętu medycznego do zabiegów artroskopowych, znak ZP/4/2024**

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	<b>PAKIET 1, PUNKT 6:</b> Czy zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, zaoferowanie elektrody bipolarnej (RF) z 3 przyciskami? Dodatkowy 3 przycisk służy do regulacji poziomu mocy CUT lub włączenia/wyłączenia modulacji siły.	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrody bipolarnej (RF) z 3 przyciskami. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Z poważaniem

Członek Zarządu  
Iwona Topka

Wyk. K.T.

Data wyk.: 07.03.2024 r.