

Postępowanie numer: KA-CZL-DZP.261.2.76.2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania: dostawa mikroskopu optycznego z kompatybilnym zestawem do epifluorescencji dla Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zamawiający, przekazuje poniżej treść zapytania (zachowano oryginalną treść pytania), które wpłynęło do Zamawiającego i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

„Czy Zamawiający dopuści mikroskop o regulacji rozstawu źrenic w zakresie 48-75 mm? Zaproponowana regulacja jest wystarczająca dla osób dorosłych”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza mikroskop o regulacji rozstawu źrenic w zakresie 48-75 mm.

Sporządziła: Renata Nazimek
Specjalista Działu Zamówień Publicznych