



Goczałkowice - Zdrój dn. 04.05.2023r.

ZP.382.9.2023.15.AW

ZD/ 1068...../2023

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego (w tym rehabilitacyjnego) dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice -Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju (znak sprawy: ZP.382.9.2023)

Uprzejmie informujemy, iż wpłynęło zapytanie do SWZ na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: :

Zadanie nr 10 –Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej -1 szt

Pytanie nr 1 ad 9, 10 i 13

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniającą wymogi szynę do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z ruchem biernym w stawie kolanowym i biodrowym w szerszym zakresie od wymaganego umożliwiającą dodatkowo mobilizację stawu skokowego ruchem aktywnym począwszy od dowolnie wybranej pozycji zgięcia grzbietowo podeszwowego w pełnym, nieograniczonym zakresie kątowym z jednoczesną regulacją pozycji inwersji i ewersji stawu skokowego leczonego pacjenta w zakresie 40 stopni i z szerszym zakresem prędkości: 32°-230°/min (0,53-3,83/sek) z regulacją prędkości bez potrzeby czekania na koniec zaprogramowanego czasu zgięcia-wyprostu?

Powyższe różnice nie zdają się mieć znaczenia klinicznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga urządzenia spełniające parametry z SWZ.

Pytanie nr 2

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna, ze względów bezpieczeństwa ma posiadać klasę ochronności II zabezpieczającą przed porażeniem elektrycznym, stopniowe automatyczne przyspieszanie i zwalnianie ruchu przy nastawionych kątach granicznych oraz zatrzymanie urządzenia po naciśnięciu dowolnego przycisku (pacjent nie musi szukać specjalnego przycisku awaryjnego)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga ale dopuści złożenie oferty na urządzenie o w/w parametrach.

Pytanie nr 3

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna ma posiadać programy poszerzające zakres terapii takie jak program oscylacji (powtarzanie końcowego zakresu ruchu), program stretchingu (delikatne rozszerzanie zakresu ruchu), program elektrostymulacji (program synchronizujący



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: sekretariat@gozdroj.pl

• Centrala telefoniczna.: (32)449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy: 43.188.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839



ruch bierny z elektrostymulacją), program łączący różne z wymienionych funkcji oraz program przygotowujący do ćwiczeń po dłuższej przerwie oraz czy ma być obsługiwana w pełni funkcji z pilota z ekranem z graficzną prezentacją postępów terapii? Obecność dodatkowych funkcji i programów wyróżnia urządzenia bardziej zaawansowane, z szerszą gamą możliwości terapeutycznych, od tych podstawowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga ale dopuści złożenie oferty na urządzenie o w/w parametrach.

Prezes Zarządu
Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.
Jarosław Wieszolek

Handwritten initials or mark in blue ink.



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: sekretariat@gozdroj.pl
• Centrala telefoniczna.: (32)449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 43.188.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839

