

Odpowiedzi na wniosek Wykonawcy

Dostawa detektorów wielogazowych.

Pytanie nr 1:

„Czy mają państwo sprecyzowane gazy jakie mają znaleźć się w oferowanym przyrządzie? Posiadamy prawie 70 typów sensorów w urządzeniach przenośnych i chcielibyśmy w jakiś sposób zawęzić ofertę.”

Odpowiedź:

Informujemy, iż katalog gazów wykrywanych przez detektor został określony w punkcie a, natomiast gaz/mieszanina gazów kalibracyjnych w butli ma umożliwiać kalibrację detektora przez Użytkownika.