



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, 08 lipca 2024 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
e-mail: *platforma zakupowa*

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) na „Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego w ramach realizacji inwestycji: Wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Pracowni Diagnostycznych i Bloku Operacyjnego wraz z kompleksową modernizacją szpitala w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu” Znak sprawy 28/PN/2024.

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 r., poz. 1605), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

Pytanie 1

Dot: OPZ,

Ad. pkt 2014

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o głębokości 700 mm ?

Uzasadnienie: Wymagana przez Zamawiającego głębokość 580 mm jest mało realna w myjni o pojemności 12 tac i zapis ten wygląda na omyłkę pisarską.

Ad. pkt 2054

2. Czy Zamawiający zgodzi się się by zamiast opisanego wózka 12 tacowego Wykonawca

dostarczył wózek 10 tacowy ale z możliwością demontażu jego poziomów w celu poprawy ergonomii pracy z urządzeniem ?

Uzasadnienie: Wózki 6 poziomowe w myjniach 12 tacowych w prawdzie mają większą pojemność "tacową" natomiast ich konstrukcje mocno ograniczają przestrzeń załadowniczą oraz uniemożliwiają demontaż poszczególnych poziomów. Wózki 5 poziomowe (10- tacowe) demontowalne są rozwiązaniem znacznie korzystniejszym z punktu widzenia użytkownika wykonującego załadunek myjni

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. pkt 2014

1. Tak, Zamawiający dopuści do oceny myjnię o głębokości 700 mm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Ad. pkt 2054

2. Tak, Zamawiający wyraża zgodę aby zamiast opisanego wózka 12 tacowego Wykonawca dostarczył wózek min. 10 tacowy ale z możliwością demontażu jego poziomów w celu poprawy ergonomii pracy z urządzeniem.