



Znak: AE/ZP-27-12/23

Tarnów, 2023-02-28

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawę: materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboji i innych.**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-11.** Czy Zamawiający wymaga by rękawy posiadały raport walidacji wytwarzania opakowań medycznych wg ISO 11607-2?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-11.** Czy Zamawiający wymaga by rękawy posiadały piktogram przekreślonej paczki jako oznakowanie „nie używać jeżeli system bariery sterylnej jest uszkodzony” wg wymogu normy PNEN 868-5?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12-19.** Czy Zamawiający pisząc "duża wytrzymałość na rozerwanie" oczekuje wytrzymałości na rozdzieranie wzdłuż co najmniej 29,72 N?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-11.** Czy Zamawiający wymaga, aby symbol kierunku otwierania był zarówno od strony papieru, jak i folii?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1-2 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-11** rękawów spełniających wymagania określone w SWZ i Załącznikach do niej.

Ad 3 Zamawiający określając w Załączniku Nr 4 pkt 1 wymaganie dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 12-19** „duża wytrzymałość na rozerwanie” miał dokładnie to na myśli, dopuszcza natomiast w tym zakresie wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż co najmniej 29,72 N.

Ad 4 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-12** rękawów spełniających wymagania SWZ i Załączników do niej.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

[Handwritten mark]