



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, dnia 11 października 2024 r.

***Wszyscy uczestnicy postępowania
platforma zakupowa***

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Sukcesywne dostawy odczynników, krążków i testów o wykrywania bakterii produkujących karbapemenaz, in vitro i analityki ogólnej wraz z zakupem odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawą sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu” (sprawa 40/PN/2024).

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie:

Pytanie 1:

1. Czy zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania w Zadaniu 9 poz. 2 Kontroli Zewnątrzlaboratoryjnej? Testy immunochromatograficzne posiadają linie kontrolna , która świadczy o poprawnie wykonywanym badaniu, działaniu testu, odpowiednim nasiąknięciu membrany nitrocelulozowej, która pełni rolę kontroli.
2. Czy Zamawiający w Zadaniu 9 poz. 2 rozumie poprzez kontrolę zewnątrzlaboratoryjną rozumie kontrolę pozytywną dołączoną do zestawu testu, czy badanie wykonane w zewnętrznym laboratorium np. Lab Quaility ?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania w Zadaniu 9 poz. 2 Kontroli Zewnątrzlaboratoryjnej.
2. Tak, Zamawiający w Zadaniu 9 poz. 2 rozumie poprzez kontrolę zewnątrzlaboratoryjną badanie wykonane w zewnętrznym laboratorium np. Lab Quaility.