



SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica

Tel. 71 312-09-20 Fax. 71 312-14-98

E-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl

NIP: 915-15-23-806 REGON: 000308761 KRS: 0000033125

www.szpital-trzebnica.pl

Nr postępowania: ZP/30/2020/ZO

Trzebnica, 05.11.2020 r.

Szanowni Państwo,

Zamawiający doprecyzowuje graniczne **parametry aparatu cyfrowego:**

1. Samojezdny (**z napędem, waga nie ma znaczenia**) lub jezdny bez wspomagania (**bez napędu**) pod warunkiem, że waga jego nie przekroczy 180kg
2. DAP
3. generator min 32 KW
4. Lampa RTG 300 kHu – **dla ap. z napędem**
107 kHu – dla ap. bez napędu
5. teleskopowa kolumna **dla ap. z napędem**
6. ogniska 0.6/1.2 **dla ap z napędem**
0,6/1.3 dla ap bez napędu
7. bezprzewodowy detektor Csl- 1 sztuka 43x35
8. wbudowana stacja technika – dotykowy ekran
9. system antykolizyjny z przodu - **tylko dla ap. z napędem**
Hamulec "dead-man" dla ap bez napędu
10. opcja pediatryczna
11. aparat z bateriami samobieżny wyposażony w czujnik antykolizyjny – **tylko dla ap. z napędem**
12. Wysokość w pozycji transportowej max 1350 mm **dla ap. z napędem**
13. Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej +/- 180 stopni
14. Rotacja ramienia wokół osi pionowej 300 stopni – **tylko dla ap. z napędem**
15. Detektor odporny na kurz i płyny
16. Detektor o wielkości piksela do 127 mikronów
17. Wytrzymałość detektora na całej powierzchni min. 300kg
18. wytrzymałość przy nacisku punktowym min. 150kg

Ponadto, Oferent może złożyć 2 oferty. Jedną na aparat z napędem i jedną na aparat bez napędu.

Zamawiający będzie analizował oferty pod względem ceny, terminu realizacji, a także parametrów technicznych.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.11.2020 r. do godz. 9.00.