



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń
skrytka pocztowa 7, www.wsz.torun.pl
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 2

Toruń, dnia 08-05-2024 r.

W.Sz.Z:TZ-280-41/24

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu kardiologicznego w tym cewników diagnostycznych, ablacyjnych, sprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych, elektrod do czasowej przerywanej stymulacji serca, wszczepialnych rejestratorów pętlowych, zewnętrznych cewników do zatoki wieńcowej**

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie Nr 1 dot. Zadania Nr 5:

Czy zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych elektrody do czasowej stymulacji serca powinny posiadać kod długości umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie Nr 2 dot. Zadania Nr 5:

Czy w oparciu o polską normę PN-EN 60601-1 „Medyczne urządzenie elektryczne. Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego” Zamawiający oczekuje elektrod do czasowej stymulacji serca spełniających te wymogi, czyli posiadających zabezpieczenie elementów łączących z aparaturą (kardiostymulatorem) przed przypadkowym wyładowaniem elektrycznym?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie Nr 3 dot. Zadania Nr 5:

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie:

Elektrody endocavitarnie do czasowej stymulacji serca kompatybilne z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego tj. +PACE 101H Osypka i SJM 3085

- elektrody dwubiegunowe o stałej krzywiznie z miękkim końcem,
- średnice do wyboru przez Zamawiającego 5F, 6F,
- długość całkowita 120 cm
- krzywizna ułatwiająca przerywane wprowadzenie elektrody do prawych jam serca, dostępne MPA i MPB
- pamięć kształtu krzywizny w temperaturze ciała,
- koniec dystalny zakończony biegunem metalowym,
- odległość biegunów 10 mm
- koniec proksymalny wyposażony w bolce 2mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Pytanie Nr 4 dot. § 4 ust. 2 wzoru umowy:

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie bądź modyfikację § 4 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ („Umowa”) polegającą na obniżeniu wskazanej tam kary z 10 % do 2 %. Wykonawca nadmienia, iż przedmiotowa kara umowna została zastrzeżona na wypadek naruszeń postanowień umowy innych niż istotne. Jednocześnie jest to kara nieproporcjonalnie zawyżona w porównaniu do ewentualnych szkód wynikających z potencjalnych naruszeń poszczególnych postanowień umowy. Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

Pytanie Nr 5 dot. § 5 ust. 11 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację §5 ust. 11 zdanie pierwsze Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia (tj. w praktyce dodanie wyboldowanego poniżej fragmentu):

„Waloryzacja następuje na wniosek Strony, który musi zawierać uzasadnienie faktyczne (w tym wskazanie, że zmiana cen i materiałów ma wpływ na faktyczne koszty realizacji Umowy przez Stronę występującą z wnioskiem) i wskazanie podstaw zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty we wzorze umowy.

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
z up. Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Toruniu

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

Anna Wutrych-Krajewska