



Oznaczenie sprawy: 16/PZP/2023/TPN

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa sterylizatora parowego wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu”.

Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Czy zamawiający dopuści nowy nie powystawowy model wyprodukowany w 2022 roku?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
2. Czy zamawiający dopuści szerokość zewnętrzną sterylizatora 1175mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania szerokości 100cm podczas transportu urządzenia na terenie szpitala.
3. Czy zamawiający dopuści napęd drzwi hydrauliczny zapewniający możliwość otwarcia i wyjęcia narzędzi z urządzenia nawet w przypadku braku prądu co jest nie możliwe z napędem elektrycznym?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Na podstawie analizy technicznej napęd elektryczny posiada taką funkcję.
4. Czy zamawiający dopuści ekran sterujący dotykowy o przekątnej 7 cali?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
5. Czy zamawiający dopuści po stronie rozładowniczej system wizualizacji procesu i alarmów w postaci diod i przycisków sterujących zamiast wyświetlacza dotykowego?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Proponowane rozwiązanie jest niższe od opisanego.
6. Czy zamawiający dopuści wydruk na wbudowanej drukarce o szerokości 58mm czyli na standardowy papier kilkunastokrotnie tańszy od rolki 11cm przy wydruku zawierającym wszystkie parametry przebiegu procesu i w tym też wykres oraz zapewnieniu możliwości wydruku na papierze A4 na zewnętrznej drukarce?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zapropionowana szerokość papieru nie pozwala na czytelny zapis danych wymaganych przez Zamawiającego.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.