

Zamawiający:

Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny
00-664 Warszawa, ul. Noakowskiego 3

Przedmiot zamówienia: **Dostawa spektrofotometru UV VIS do analizy mikroobjętościowej próbek dna, rna i białek.**

Nr postępowania:

WChBN/12/2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 16.12.2021 r.

Zamawiający, informuje, że w dniu 16.12.2021 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę spektrofotometru UV VIS do analizy mikroobjętościowej próbek dna, rna i białek., nr postępowania WChBN/12/2021 wpłynęły pytania od jednego z Wykonawców. Treść pytań Wykonawcy wraz z treścią odpowiedzi Zamawiającego zamieszczona jest poniżej:

Pytania Wykonawcy:

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Dotyczy rozdziału III zaproszenia, ustęp III 1, podpunkt 2) oraz wzoru umowy , §1, ustęp 1, podpunkt 2)

Zamawiający zapisał:

„dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej w wersji elektronicznej lub papierowej w języku polskim lub za zgodą Zamawiającego w języku angielskim;“

Prosimy o korektę w/w zapisu i analogicznie w innych dokumentach zapytania, tak by brzmiał:

„dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej w wersji elektronicznej lub papierowej w języku polskim lub ~~za zgodą Zamawiającego~~ w języku angielskim;“

Producent którego reprezentujemy zapewnia instrukcje wyłącznie w języku angielskim. Przygotowanie tłumaczenia na język polski w stopniu znacznym wpłynęło by na cenę końcową oferty. Cena aparatu bowiem nie zawiera kosztów tłumaczenia.

2. Dotyczy rozdziału III zaproszenia, ustęp III 1

Zamawiający zapisał:

„oraz świadczenie usług przez techniczny serwis gwarancyjny i pomoc techniczna na żądanie dla potrzeb pomiarów atypowych lub dla bardzo niskich stężeń.“

Prosimy o korektę w/w zapisu i analogicznie w innych dokumentach zapytania, tak by brzmiał:

„oraz świadczenie usług przez techniczny serwis gwarancyjny ~~i pomoc techniczna na żądanie dla potrzeb pomiarów atypowych lub dla bardzo niskich stężeń.~~“

Prośbę swoją tłumaczymy tym, iż jako sprzedawca nie świadczymy w cenie sprzętu pomocy technicznej dla konkretnych badań. Użytkownik ma dostęp do wsparcia technicznego online poprzez email eurotech@thermofisher.com

3. Dotyczy rozdziału III zaproszenia, ustęp III 3, podpunkt 4)

Zamawiający zapisał:

„posiadać wymagane prawem certyfikaty (w tym certyfikat CE) i aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej“

Prosimy o korektę w/w zapisu i analogicznie w innych dokumentach zapytania, tak by brzmiał:

„posiadać wymagane prawem certyfikaty (w tym certyfikat CE) i aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej **o ile wymóg ten dotyczy**“

Przedmiotem zapytania jest aparatura służąca do badań naukowych.

Prawo nie nakłada na sprzedawcę obowiązku posiadania aprobaty dopuszczającej do sprzedaży i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej na sprzęt służący do badań naukowych.

4. Dotyczy rozdziału III zaproszenia, ustęp III 5, podpunkt 3) oraz wzoru umowy , §6, ustęp 7.

Zamawiający zapisał:

„W przypadku wystąpienia awarii przedstawiciel technicznego serwisu gwarancyjnego ma obowiązek skontaktować się z Użytkownikiem nie później niż w ciągu **48 godzin** od czasu zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz podjąć czynności serwisowe w miejscu użytkowania aparatury, jeżeli zaistnieje taka konieczność, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia awarii nie wliczając w bieg powyższych terminów sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.“

Prosimy o korektę w/w zapisu i analogicznie w innych dokumentach zapytania, tak by brzmiał:

„W przypadku wystąpienia awarii przedstawiciel technicznego serwisu gwarancyjnego ma obowiązek skontaktować się z Użytkownikiem nie później niż w ciągu **72 godzin** od czasu zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, **oraz podjąć czynności serwisowe w miejscu użytkowania aparatury, jeżeli zaistnieje taka konieczność, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia awarii nie wliczając w bieg powyższych terminów sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.**“

Producent którego reprezentujemy, w cenie aparatu oferuje czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę 72 h i czas naprawy liczony od dnia usterki 21 dni.

Cena aparatu nie zawiera 48h czasu reakcji serwisu i obowiązku stawienia się w ciągu 3 dni roboczych na miejsce. Aby móc spełnić dodatkowe warunki serwisu musielibyśmy uwzględnić w cenie sprzętu dodatkowe usługi co wpłynęłoby na cenę końcową oferowanego sprzętu.

5. Dotyczy rozdziału III zaproszenia, ustęp III 5, podpunkt 7)

Zamawiający zapisał:

„Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wsparcia technicznego dla potrzeb pomiarów atypowych lub dla bardzo niskich stężeń w formie materiałów pomocowych lub/i filmów instruktażowych w terminie 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia potrzeby udzielenia wsparcia przez Zamawiającego.“

Wnosimy o usunięcie w/w wymogu.

Cena sprzętu który chcielibyśmy zaoferować nie zawiera dodatkowych usług dotyczących wsparcia technicznego w odniesieniu do przeprowadzanych przez Zamawiającego badań. Użytkownik ma dostęp do wsparcia technicznego online poprzez email eurotech@thermofisher.com

6. Dotyczy wzoru umowy, §3, ustęp 4.

Zamawiający zapisał:

„Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostawę aż do pokwitowania odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego“

Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostawę aż do pokwitowania odbioru **dostawy** przez przedstawiciela Zamawiającego“

Przedmiotem zapytania jest bowiem dostawa, instalacja oraz szkolenie.

Chcielibyśmy uściślić, że odpowiedzialność za dostarczony aparat po stronie Wykonawcy kończy się w momencie odbioru dostawy. Po odbiorze dostawy przez Zamawiającego sprzęt pozostaje bowiem w gestii Zamawiającego. Spełnienie warunku pełnej realizacji przez wykonawcę oczywiście kończy się po zrealizowaniu, dostawy, instalacji i szkolenia.

7. Dotyczy wzoru umowy, §6, ustęp 8.

Zamawiający zapisał:

„Jeżeli Wykonawca wymieni aparaturę lub jej element to okres gwarancji biegnie na nowo dla tej aparatury lub jej elementu.“

Wnosimy o usunięcie w/w zapisu.

Producent w cenie sprzętu przewiduje raz udzieloną gwarancję na określony czas a nie gwarancję wieczną.

Wymiana sprzętu lub jego elementu nastąpi właśnie w ramach raz już udzielonej gwarancji. Czynność ta nie może powodować powstania nowego obowiązku czyli dodatkowej gwarancji.

Przy takim zapisie rodzi się także pytanie natury podatkowej – każdorazowe zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego. Gdyz spełniając ten warunek zapisany przez Zamawiającego musielibyśmy albo potraktować dodatkową gwarancję jako darowiznę i tu wtedy rodzi się obowiązek zgłaszania darowizny do US albo doliczyć do ceny sprzętu koszt gwarancji wiecznej a tego typu działanie matematyczne jest niemożliwe do wykonania bo obie strony nie znają ile razy może dojść do sytuacji opisanej w ustępie 8 i jaki będzie okres tej gwarancji.

8. Dotyczy wzoru umowy, §6, ustęp 9.

Zamawiający zapisał:

„Jeżeli w toku jednej naprawy należy wymienić części aparatury o wartości równej lub wyższej 50% zapłaconej ceny tej aparatury to okres gwarancji dla całej aparatury biegnie na nowo.“

Wnosimy o usunięcie w/w zapisu.

Producent w cenie sprzętu przewiduje raz udzieloną gwarancję na określony czas a nie gwarancję wieczną.

Wymiana sprzętu lub jego elementu nastąpi właśnie w ramach raz już udzielonej gwarancji. Czynność ta nie może powodować powstania nowego obowiązku czyli dodatkowej gwarancji.

Przy takim zapisie rodzi się także pytanie natury podatkowej – każdorazowe zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego. Gdyz spełniając ten warunek zapisany przez Zamawiającego musielibyśmy albo potraktować dodatkową gwarancję jako darowiznę i tu wtedy rodzi się obowiązek zgłaszania darowizny do US albo doliczyć do ceny sprzętu koszt gwarancji wiecznej a tego typu działanie matematyczne jest niemożliwe do wykonania bo obie strony nie znają ile razy może dojść do sytuacji opisanej w ustępie 9 i jaki będzie okres tej gwarancji.

9. Dotyczy wzoru umowy, §6, ustęp 10.

Zamawiający zapisał:

„Naprawa aparatury powinna nastąpić nie później niż w ciągu **14 dni** od daty zgłoszenia awarii“

Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Naprawa aparatury powinna nastąpić nie później niż w ciągu **21 dni** od daty zgłoszenia awarii“

Producent którego reprezentujemy oferuje naprawy w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia awarii. Zamawiający w treści zapytania (patrz rozdział III.5. ustęp 4) także wymienia 21 dni na naprawę. Dlatego wnosimy o skorygowanie treści umowy zgodnie z treścią zapytania.

10. Dotyczy wzoru umowy, §6, ustęp 11.

Zamawiający zapisał:

„Jeżeli Wykonawca odmówi, będzie zwlekał z wypełnianiem swoich zobowiązań serwisowych powyżej terminu określonego w ust. 10 lub też nie będzie działał z najwyższą konieczną skutecznością, Zamawiający ma prawo wykonać konieczne naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty praw do gwarancji lub też odstąpić od umowy przekazując aparaturę będącą przedmiotem umowy do dyspozycji Wykonawcy i żądając zwrotu zapłaty za nią oraz zapłaty kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2.“

Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Jeżeli Wykonawca odmówi, będzie zwlekał z wypełnianiem swoich zobowiązań serwisowych powyżej terminu określonego w ust. 10 lub też nie będzie działał z najwyższą konieczną skutecznością, Zamawiający ma prawo wykonać konieczne naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty praw do gwarancji **o ile naprawa odbędzie się w autoryzowanym przez producenta serwisie** lub też odstąpić od umowy przekazując aparaturę będącą przedmiotem umowy do dyspozycji Wykonawcy i żądając zwrotu zapłaty za nią oraz zapłaty kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2.“

Prośbę swoją motywujemy tym, iż naprawy dokonane w nieautoryzowanych przez producenta serwisach powodują przerwanie biegu gwarancji.

11. Dotyczy wzoru umowy, §6, ustęp 12.

Zamawiający zapisał:

„W terminie wskazanym w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wsparcia technicznego dla potrzeb pomiarów atypowych lub dla bardzo niskich stężeń w formie materiałów pomocowych lub/i filmów instruktażowych.“

Wnosimy o usunięcie w/w zapisu. Cena sprzętu który chcielibyśmy zaoferować nie zawiera dodatkowych usług dotyczących wsparcia technicznego w odniesieniu do przeprowadzanych przez Zamawiającego badań. Użytkownik ma dostęp do wsparcia technicznego online poprzez email eurotech@thermofisher.com

12. Dotyczy wzoru umowy, §6, ustęp 14.

Zamawiający zapisał:

„Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne działanie dostarczonej aparatury tzw. „product liability”, tzn. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody na życiu, zdrowiu lub mieniu niezawinione przez Zamawiającego.“

Wnosimy o usunięcie w/w zapisu. Wnosimy o usunięcie w/w zapisu. Odpowiedzialność Wykonawcy nie posiada limitu czasu. Oczywistym zdaje się fakt, że w pewnym momencie, po wyeksploatowaniu aparatu jego użycie może być niebezpieczne dla życia, zdrowia czy meinia. Wykonawca nie może wziąć odpowiedzialności nieokreślonej w czasie. Poza tym zapis ten nie wyklucza działania strony trzeciej a mimo to odpowiedzialność jest przesuwana na Wykonawcę.

13. Dotyczy wzoru umowy, §7, ustęp 2.

Wnosimy o usunięcie ustępu 2. Okres rękojmi jest ustalany raz na dany okres i czas naprawy nie wydłuża okresu rękojmi.

14. Dotyczy wzoru umowy, §7, ustęp 3.

Wnosimy o usunięcie ustępu 3.

Okres rękojmi jest ustalany raz i wymiana sprzętu lub jego elementu nie powoduje powstania nowego obowiązku.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu „za zgodą Zamawiającego” z punktu III.1.2) Zaproszenia oraz z istotnych postanowień umowy z §1 ust. 1 pkt 2. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w modyfikacji treści Zaproszenia do składania ofert.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu „i pomoc techniczna na żądanie dla potrzeb pomiarów atypowych lub dla bardzo niskich stężeń.“ z punktu III.1.2) Zaproszenia. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w modyfikacji treści Zaproszenia do składania ofert.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający wyraża zgodę na korektę zapisu. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w modyfikacji treści Zaproszenia do składania ofert w punkcie III.3.4) zaproszenia.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający wyraża zgodę na korektę zapisów punktu III.5.3) zaproszenia oraz istotnych postanowień umowy §6 ust. 7 zaproponowanych w pytaniu. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w modyfikacji treści Zaproszenia do składania ofert.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w modyfikacji treści Zaproszenia do składania ofert w punkcie III.5.7) zaproszenia

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający wyraża zgodę na korektę zapisu. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w §3 ust. 4 istotnych postanowień umowy.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do zaproszenia. Zapisy dotyczące gwarancji i biegu jej terminu wynikają wprost z zapisów Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2020 poz. 1740).

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do zaproszenia.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający skoryguje rozbieżne zapisy treści Zaproszenia i istotnych postanowień umowy, naprawa aparatury powinna nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia awarii. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w punkcie III.5.4) Zaproszenia do składania ofert.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający wyraża zgodę na korektę zapisu. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w §6 ust. 11 istotnych postanowień umowy.

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie przywołanego zapisu. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w §6 istotnych postanowień umowy.

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do zaproszenia..

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do zaproszenia.

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do zaproszenia.

Warszawa, dn. 21.12.2021 r.

DZIEKAN
Wydziału Chemicznego
prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek