



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 03.03.2023 r.

DZP – 6/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu i implantów ortopedycznych

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, którego treść wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 39 poz. 1, 2, 10, 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby implanty oraz instrumentarium do Pakietu 39 pozycja 1, 2, 10, 11 koniecznie do przeprowadzenia zabiegu były dostarczone w formule LOANER SET czyli tzw. „Lotnej”, tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 39 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 39 pozycja 1 produkt o następujących parametrach:

Implant do otwierającej osteotomii piszczelowej HTO w postaci płyty. Niewchłaniana płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym) w kształcie litery T dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze. Płytkę przezierną dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zacienienie na obrazie RTG. Na zdjęciu widoczny delikatny obrys płyty. Implant z 7 otworami na śruby, cztery otwory w części bliższej osteotomii i trzy otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytkę stabilną kątowno - śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 39 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 39 pozycja 2 produkt o następujących parametrach:

Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa, gwintowana w celu kątownej stabilizacji w płycie poprzez wkręcenie się i zakotwiczenie śruby w płycie. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 5,0 mm w długości od 16 mm do 90 mm ze skokiem co 2 mm o w przedziale długości od 16 mm do 50 mm powyżej ze skokiem długości co 5 mm. Śruby niesterylne lub sterylne.

Śruby kompresyjne, korowe do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 4,5

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

mm w długości od 24 mm do 52 mm ze skokiem co 4 mm. Śruby oznaczone kolorem złotym, niesterylne lub sterylne.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 39 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 39 pozycja 3 produkt o następujących parametrach:

System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwany węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 39 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 39 pozycja 4 produkt o następujących parametrach:

System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytką z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiającą zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytką implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 39 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 39 pozycja 5 produkt o następujących parametrach:

System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 18cm umożliwiającą zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia prze-

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo
Śląskie**

szczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14 mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dostępny w wersji złożonej oraz otwartej do śródoperacyjnego złożenia.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 39 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 39 pozycja 7 produkt o następujących parametrach:

Podkładka rewizyjna, tytanowa podkładka o rozmiarach 5 mm x 20 mm. Z jednej strony posiada wcięcie umożliwiające nałożenie jej na implant udowy.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 39 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 39 pozycja 10 produkt o następujących parametrach:

Implant do otwierającej osteotomii kości udowej LDFO w postaci płyty. Niewchłaniana płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym), dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze z podziałem na lewą i prawą. Płytką przezierna dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zacienienie na obrazie RTG na zdjęciu widziemy delikatny obrys płyty. Implant z 8 otworami na śruby, cztery otwory w części bliższej osteotomii i cztery otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytką stabilna kątowno - śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 39 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 39 pozycja 11 produkt o następujących parametrach:

Drut wierzący łamany, wykorzystywany w zabiegach osteotomii. Drut o średnicy 2.4 mm i długości 216 mm. Pakowany pojedynczo, sterylne

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 39 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 39 pozycja 12 produkt o następujących parametrach:

Specjalistyczna nić dedykowana do obszycia ścięgna w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2 długość całkowita 101,6 cm o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz wplecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić w kształcie pętli długość robocza 50,8 cm. Pętla z nici połączona z prostą igłą o długości 76 mm do obszycia graftu. Produkt dostępny w dwóch kolorach – niebieskim oraz biało-zielonym, dostępny w opakowaniach zbiorczych pakowany po 12 szt. lub pakowany pojedynczo. Produkt sterylne.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dot. Rozdz. III ust. 8 SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający omyłkowo zamieścił zapisy o skróceniu terminu składania ofert.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo
Śląskie**

Odp.: Zamawiający informuje, iż omyłkowo zamieścił zapis o skróceniu terminu składania ofert.

Pytanie nr 12 – dot. Rozdz. X ust. 1 pkt. 2) SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia wraz z ofertą katalogów wystawionych przez autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora producenta na terenie Polski.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dot. Rozdz. IV ust. 14 i 15 SWZ

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający, zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, akceptuje dostarczanie instrukcji używania, o których mowa w Rozdz. IV ust. 14 i 15 SWZ w języku angielskim? Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, wyrób przeznaczony do stosowania przez użytkowników niebędących laikami ma etykiety oraz instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 14 – dot. §3 ust. 8 wzoru umowy (Załącznik Nr 6 do SWZ)

Prosimy o dopuszczenie możliwości dzielenia dostaw. Zakaz dzielenia dostaw w znacznym stopniu utrudnia realizowanie zamówień w przypadku wystąpienia problemów niezależnych od Wykonawcy.

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 15 – dot. §3 ust. 17 wzoru umowy (Załącznik Nr 6 do SWZ)

Prosimy o potwierdzenie, że ostateczny kształt i zakres depozytu zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 16 – dot. §3 ust. 17 wzoru umowy (Załącznik Nr 6 do SWZ)

W związku z wymogiem utworzenia depozytu zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu:

Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 15 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 17 – dot. §9 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik Nr 6 do SWZ)

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści rozpatrzenie reklamacji w terminie 4 dni roboczych?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający jednocześnie informuje, iż § 9 ust. 1 projektowanych postanowień umownych (Załącznik nr 6 do SWZ) otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z zamówieniem, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 4 (czterech) dni licząc od dnia jej zgłoszenia. Reklamacja może zostać złożona mailem. Nierozpoznanie reklamacji we wskazanym wyżej terminie traktowane jest jako uznanie reklamacji przez Wykonawcę”.

Pytanie nr 18 – dot. §9 ust. 2 wzoru umowy (Zał. Nr 6 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści realizację dostawy po reklamacji w terminie 3 dni roboczych?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający jednocześnie informuje, iż § 9 ust. 2 projektowanych postanowień umownych (Załącznik nr 6 do SWZ) otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji jest zobowiązany do wykonania dostawy zgodnie z zamówieniem”

Pytanie nr 19 – dot. Pakietu nr 5 poz. 1, 3, 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 1, 3, 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 6 poz. 4

Czy w Zamawiający Pakiecie nr 6 poz. 4 wymaga zaoferowania jako dodatkowej opcji wkręta derotacyjnego 4,0 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 – dot. Pakietu nr 6 poz. 5

Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie nr 6 poz. 5 zamawiający wymaga wycenienia dwa razy śruby zaślepiącej?

Odp.: Zamawiający wymaga wyceny śruby zaślepiącej 1x.

Pytanie nr 22 – dot. Pakietu nr 6 poz. 6

Czy w Zamawiający Pakiecie nr 6 poz. 6 wymaga zaoferowania jako dodatkowej opcji wkręta derotacyjnego 4,0 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 6 poz. 7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoźdźcia o średnicach 10-12 mm oraz długościach 200-440 mm zamiast średnicy 11-13 mm oraz długościach 150-440 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo
Śląskie**

Pytanie nr 24 – dot. Pakietu nr 6 poz. 10

Czy w Pakiecie nr 6 poz. 10 nie zaszła omyłka w zakresie ilości „Wkrętów blokujących Ø 4,5 i Ø 5,0 mm”, i nie powinno być 15 szt. zamiast 75 szt.?

Odp.: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w poz. 10, Zamawiający wymaga wyceny 30 zamiast 75.

Pytanie nr 25 – dot. Pakietu nr 6 poz. 13

Czy w Pakiecie nr 6 poz. 13 nie zaszła omyłka w zakresie średnicy wkrętu i nie powinno być Ø 6,5 mm zamiast Ø 465 mm?

Odp.: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w poz. 13, Zamawiający wymaga wyceny Ø 6,5 mm.

Pytanie nr 26 – dot. Pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kości o składzie β- fosforan trójwapniowy, ulegający stopniowej całkowitej resorpcji w czasie 1 do 6 miesięcy, 100% biokompatybilny, osteokondukcyjny, porowatość 80-90%, zestaw o następującej gramaturze i wymiarach:

- granule 3-4mm, 10g – 30 szt.
- granule 3-4mm, 20g – 30 szt.
- blok kostny 8x8x20mm (x2 szt. pakowane pojedynczo) – 10 szt.
- blok kostny 15x15x20mm (x2 szt. pakowane pojedynczo) – 10 szt.
- blok kostny 15x20x30mm (x2 szt. pakowane pojedynczo) – 10 szt.?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 – dot. Pakietu Nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 dopuści również

1. - syntetyczny, osteokondukcyjny substytut kości
 - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu
 - w postaci granulek 2-3mm średnicy
 - wielkość makroporów 300-600 µm
 - wielkość mikroporów <10 µm
 - porowatość 60-70%
 - opakowanie 10 ml
2. - syntetyczny, osteokondukcyjny substytut kości
 - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu
 - w postaci granulek 2-3mm średnicy
 - wielkość makroporów 300-600 µm
 - wielkość mikroporów <10 µm
 - porowatość 60-70%
 - **opakowanie 16 ml**
3. **prostopadłościan 5x5x10mm 2 szt. w 1 opakowaniu**
 - syntetyczny, osteokondukcyjny
 - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu
 - wielkość makroporów 300-600 µm
 - wielkość mikroporów <10 µm
 - porowatość 60-70%

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

4. prostopadłościan 5x5x10mm 4 szt. w 1 opakowaniu

- syntetyczny, osteokondukcyjny
- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu
- wielkość makroporów 300-600 µm
- wielkość mikroporów <10 µm
- porowatość 60-70%;

5. prostopadłościan 5x5x20mm 2 szt. w 1 opakowaniu

- syntetyczny, osteokondukcyjny
- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu
- wielkość makroporów 300-600 µm
- wielkość mikroporów <10 µm
- porowatość 60-70%

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 – dot. Pakietu Nr 18

Czy Zamawiający w Pakiecie 18 dopuści również grawitacyjny system umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocytno-płytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta (z 52 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego).

Skuteczność kliniczna produktu w leczeniu tendinopatii potwierdzona publikacjami naukowymi.

Zestaw składa się z:

- 6 szt. oddzielnie pakowanych separatorów PRP 60ml. Separator posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) oraz pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami, a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływkami-przegrodą skośnie ustawioną do ścianek separatora, która mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w której znajduje się komora na odwirowane PRP
- 6 szt. 30 ml ACD-A (antykoagulant).”

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 – dot. Pakietu Nr 36

Czy Zamawiający w Pakiecie 36 wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy?

Nazwa	ilość
Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stabilizacji drukani Kirschnera, otwory pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0)	1
Śruby łączące płytę krętarzową 2 szt.	1
-tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm)	1

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

-tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm)	1
------------------------------------------------------------------------------	---

Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. **Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy.** Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemente. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm.

Płyty prawe i lewe z 9, 12, 15, 18 otworami w trzonie, o długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 mm.	1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Płyty prawe i lewe długie z 21 otworami w trzonie, o długości 401 mm.	1
-----------------------------------------------------------------------	---

Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim/głębokim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. **Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy.** Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemente. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm.

Płyty prawe i lewe z 9, 12, 15, 18 otworami w trzonie, o długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 mm.	4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Płyty prawe i lewe długie z 21 otworami w trzonie, o długości 393 mm.	1
-----------------------------------------------------------------------	---

Śruba korowa 4.0 mm, 5.0 mm lita, śruba gąbczasta 4.5 lita, kaniulowana, śruba gąbczasta 5.0 mm gwint 32 mm, kaniulowana	50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Śruba rzadki gwint	5
--------------------	---

Śruba okołoprotezowa jednokorowa	5
----------------------------------	---

Zaślepka blokująca 8mm	60
------------------------	----

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Oczko kabla blokowane i/lub nieblokowane	20
System kabli ortopedycznych stalowych o średnicy 1.8, dł. 559 mm. System wyposażony w w system napinający kable, pozwalający na wielokrotną zmianę napięcia; z zapięciem zamykanym kluczem imbusowym?	20

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 – dot. Pakietu Nr 36

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 36 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 – dot. Pakietu Nr 20

Pytania do Pakietu nr 20 – depozyt - ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO, REWIZYJNA:

a. Prosimy o doprecyzowanie, co oznacza Nazwa artykułu: „Piła” w Poz.9. Pakietu 20.?

Odp.: Zamawiający poprzez określenie wymogu dostawy Piły rozumie ostrze kompatybilne z używaną piłą.

b. Prosimy o doprecyzowanie z czego wynika oczekiwana liczba 14 sztuk. dot. Artykułu z Poz.9. Pakietu 20.?

Odp.: Zamawiający określił ilości zamawianego asortymentu na podstawie swojego zapotrzebowania.

c. Prosimy o doprecyzowanie do jakiego typu piły ortopedycznej ma być przeznaczony „Ostrze do piły” w Poz.14. Pakietu 20. w oczekiwanej liczbie 150 sztuk?

Odp.: Zamawiający określił przeznaczenie w opisie przedmiotu zamówienia w każdym pakiecie wskazanego postępowania. Ostrze wskazane w poz. 14 pakietu 20 ma być kompatybilne z używanym napędem i będzie używane przy zabiegach endoprotezoplastyki kolana.

d. Dostawy jakich elementów wchodzących w skład „napędu z osprzętem” podlegającego wymogowi dostarczenia przez Wykonawcę do Pakietu 20. oczekuje Zamawiający? Prosimy o doprecyzowanie typów urządzeń (napędów) i typów ewentualnych nasadek (określenie powszechnie stosowanych standardów dla nasadek do wiercenia i rozwiercania) wraz z liczbą sztuk oraz rodzaju opakowań sterylizacyjnych tj. kaset do podwójnego obłożenia czy kontener z filtrem, jak również typu akumulatorów: sterylne czy niesterylne?

Odp.: Zamawiający poprzez określenie wymogu dostawy „napędu z osprzętem” rozumie dostawę kompletnego zestawu napędu ortopedycznego składającego się z: rękojeści piły, rękojeści wiertarki, 3 baterii, 3 pokryw do baterii oraz nasadek do wiertarki: 1x typu Jacobs, 1x typu Hudson Modifed trinkle oraz 1x ładowarki do baterii. Zamawiający wymaga również okresowego serwisowania używanych elementów i wymianę zużytych i uszkodzonych (zgodnie z wymaga-

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo
Śląskie**

mi producenta). Wszelkie koszty związane z użyczeniem i serwisowaniem są po stronie Wykonawcy.

e. Czy w związku z wymogiem dostarczenia przez Wykonawcę „napędu z osprzętem” do Pakietu 20., Zamawiający zaakceptuje poniższy regulamin Wykonawcy określający warunki użyczenia/udostępnienia sprzętu Zamawiającemu do realizacji umowy zawarty w Protokole zdawczo/odbiorczym wyszczególniającym wszystkie elementy wchodzące w skład użyczanego „napędu z osprzętem”?

Odp.: Zamawiający akceptuje przekazanie użyczanego napędu na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego aczkolwiek Wykonawca nie wskazał regulaminu określającego warunki użyczenia zatem zamawiający nie może się odnieść co zapisów regulaminu.

Pytanie nr 31 – dot. Pakietu Nr 21

Pytania do Pakietu nr 21 – depozyt - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna:

a. Prosimy o doprecyzowanie, co oznacza Nazwa artykułu: „Ostrze do wycinania panewki” w Poz.6. Pakietu 21.?

Odp.: Zamawiający przez określenie wymogu dostawy „Ostrze do wycinania panewki” rozumie ostrze typu EZOUT kompatybilne z napędem. Wymagamy dostawa na zabieg po wcześniejszym zamówieniu.

b. Prosimy o doprecyzowanie z czego wynika oczekiwana liczba 7 sztuk. dot. Artykułu z Poz.6. Pakietu 21.?

Odp.: Zamawiający określił ilości zamawianego asortymentu na podstawie swojego zapotrzebowania.

c. Prosimy o doprecyzowanie do jakiego typu piły ortopedycznej ma być przeznaczone „Ostrze do piły” w Poz.17. Pakietu 21. w oczekiwanej liczbie 150 sztuk?

Odp.: Zamawiający określił przeznaczenie w opisie przedmiotu zamówienia w każdym pakiecie wskazanego postępowania. Ostrze wskazane w poz. 17 pakietu 21 ma być kompatybilne z użyczanym napędem i będzie używane przy zabiegach endoprotezoplastyki biodra.

d. Dostawy jakich elementów wchodzących w skład „napędu z osprzętem” podlegającego wymogowi dostarczenia przez Wykonawcę do Pakietu 21. oczekuje Zamawiający? Prosimy o doprecyzowanie typów urządzeń (napędów) i typów ewentualnych nasadek (określenie powszechnie stosowanych standardów dla nasadek do wiercenia i rozwiercania) wraz z liczbą sztuk oraz rodzaju opakowań sterylizacyjnych tj. kasety do podwójnego obłożenia czy kontener z filtrem, jak również typu akumulatorów: sterylne czy niesterylne?

Odp.: Zamawiający poprzez określenie wymogu dostawy „napędu z osprzętem” rozumie dostawę kompletnego zestawu napędu ortopedycznego składającego się z: rękojeści piły, rękojeści wiertarki, 3 baterii, 3 pokryw do baterii oraz nasadek do wiertarki: 1x typu Jacobs, 1x typu Hudson Modifed trinkle oraz 1x ładowarki do baterii. Zamawiający wymaga również okresowego serwisowania użyczanych elementów i wymianę zużytych i uszkodzonych (zgodnie z wymaga-

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo
Śląskie**

mi producenta). Wszelkie koszty związane z użytkowaniem i serwisowaniem są po stronie Wykonawcy.

e. Czy w związku z wymogiem dostarczenia przez Wykonawcę „napędu z osprzętem” do Pakietu 21., Zamawiający zaakceptuje poniższy regulamin Wykonawcy określający warunki użyczenia/udostępnienia sprzętu Zamawiającemu do realizacji umowy zawarty w Protokole zdawczo/odbiorczym wyszczególniającym wszystkie elementy wchodzące w skład użyczanego „napędu z osprzętem”?

Odp.: Zamawiający akceptuje przekazanie użyczanego napędu na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego aczkolwiek Wykonawca nie wskazał regulaminu określającego warunki użyczenia zatem zamawiający nie może się odnieść co zapisów regulaminu.

Pytanie nr 32 – dot. Pakietu Nr 22

Pytania do Pakietu nr 22 – depozyt - Endoproteza cementowa stawu biodrowego:

a. Prosimy o doprecyzowanie do jakiego typu piły ortopedycznej ma być przeznaczone „Ostrze do piły” w Poz.5. Pakietu 22. w oczekiwanej liczbie 30 sztuk?

Odp.: Zamawiający określił przeznaczenie w opisie przedmiotu zamówienia w każdym pakiecie wskazanego postępowania. Ostrze wskazane w poz. 5 pakietu 22 ma być kompatybilne z użyczanym napędem i będzie używane przy zabiegach endoprotezoplastyki biodra.

b. Dostawy jakich elementów wchodzących w skład „napędu z osprzętem” podlegającego wymogowi dostarczenia przez Wykonawcę do Pakietu 22. oczekuje Zamawiający? Prosimy o doprecyzowanie typów urządzeń (napędów) i typów ewentualnych nasadek (określenie powszechnie stosowanych standardów dla nasadek do wiercenia i rozwiercania) wraz z liczbą sztuk oraz rodzaju opakowań sterylizacyjnych tj. kasety do podwójnego obłożenia czy kontener z filtrem, jak również typu akumulatorów: sterylne czy niesterylne?

Odp.: Zamawiający poprzez określenie wymogu dostawy „napędu z osprzętem” rozumie dostawę kompletnego zestawu napędu ortopedycznego składającego się z: rękojeści piły, rękojeści wiertarki, 3 baterii, 3 pokryw do baterii oraz nasadek do wiertarki: 1x typu Jacobs, 1x typu Hudson oraz 1x ładowarki do baterii. Zamawiający wymaga również okresowego serwisowania użyczanych elementów i wymianę zużytych i uszkodzonych (zgodnie z wymogami producenta). Wszelkie koszty związane z użytkowaniem i serwisowaniem są po stronie Wykonawcy.

c. Czy w związku z wymogiem dostarczenia przez Wykonawcę „napędu z osprzętem” do Pakietu 22., Zamawiający zaakceptuje poniższy regulamin Wykonawcy określający warunki użyczenia/udostępnienia sprzętu Zamawiającemu do realizacji umowy zawarty w Protokole zdawczo/odbiorczym wyszczególniającym wszystkie elementy wchodzące w skład użyczanego „napędu z osprzętem”?

Odp.: Zamawiający akceptuje przekazanie użyczanego napędu na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego aczkolwiek Wykonawca nie wskazał regulaminu określającego warunki użyczenia zatem zamawiający nie może się odnieść co zapisów regulaminu.

Pytanie nr 33 – dot. Pakietu Nr 23

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytania do Pakietu nr 23 – depozyt - Endoproteza rewizyjna cementowa stawu biodrowego:

a. Prosimy o doprecyzowanie do jakiego typu piły ortopedycznej ma być przeznaczona „Ostrze do piły” w Poz.7. (brak numeru porządkowego w Tabeli, przyjęto numer wiersza) Pakietu 23. w oczekiwanej liczbie 10 sztuk?

Odp.: Zamawiający określił przeznaczenie w opisie przedmiotu zamówienia w każdym pakiecie wskazanego postępowania. Ostrze wskazane w poz. 7 pakietu 23 ma być kompatybilne z używanym napędem i będzie używane przy zabiegach endoprotezoplastyki biodra.

b. Dostawy jakich elementów wchodzących w skład „napędu z osprzętem” podlegającego wymogowi dostarczenia przez Wykonawcę do Pakietu 23. oczekuje Zamawiający? Prosimy o doprecyzowanie typów urządzeń (napędów) i typów ewentualnych nasadek (określenie powszechnie stosowanych standardów dla nasadek do wiercenia i rozwiercania) wraz z liczbą sztuk oraz rodzaju opakowań sterylizacyjnych tj. kasety do podwójnego obłożenia czy kontener z filtrem, jak również typu akumulatorów: sterylne czy niesterylne?

Odp.: Zamawiający poprzez określenie wymogu dostawy „napędu z osprzętem” rozumie dostawę kompletnego zestawu napędu ortopedycznego składającego się z: rękojeści piły, rękojeści wiertarki, 3 baterii, 3 pokryw do baterii oraz nasadek do wiertarki: 1x typu Jacobs, 1x typu Hudson oraz 1x ładowarki do baterii. Zamawiający wymaga również okresowego serwisowania używanych elementów i wymianę zużytych i uszkodzonych (zgodnie z wymogami producenta). Wszelkie koszty związane z użytkowaniem i serwisowaniem są po stronie Wykonawcy.

c. Czy w związku z wymogiem dostarczenia przez Wykonawcę „napędu z osprzętem” do Pakietu 23., Zamawiający zaakceptuje poniższy regulamin Wykonawcy określający warunki użyczenia/udostępnienia sprzętu Zamawiającemu do realizacji umowy zawarty w Protokole zdawczo/odbiorczym wyszczególniającym wszystkie elementy wchodzące w skład użyczanego „napędu z osprzętem”?

Odp.: Zamawiający akceptuje przekazanie użyczanego napędu na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego aczkolwiek Wykonawca nie wskazał regulaminu określającego warunki użyczenia zatem zamawiający nie może się odnieść co zapisów regulaminu.

Pytanie nr 34 – dot. Pakietów Nr 20, 21,22 i 23:

a. Prosimy o doprecyzowanie, czy w sytuacji, gdy realizacja umowy w zakresie Pakietów 20, 21, 22 i 23 będzie dotyczyć tego samego Wykonawcy, Zamawiający będzie wymagał do każdego z Pakietów dostawy „napędu z osprzętem” tj. 4 komplety, czy też łączna liczba kompletów („napędów z osprzętem”) zostanie przez Zamawiającego obniżona? Jeżeli tak, to jaka wówczas będzie całkowita liczba wymaganych do dostawy kompletów „napędów z osprzętem”?

Odp.: Zamawiający w sytuacji realizacji umowy w zakresie Pakietów 20, 21, 22 i 23 wymaga dostarczenia jednego kompletnego zestawu napędu ortopedycznego składającego się z: rękojeści piły, rękojeści wiertarki, 3 baterii, 3 pokryw do baterii oraz nasadek do wiertarki: 1x typu Jacobs, 1x typu Hudson oraz 1x ładowarki do baterii. Zamawiający wymaga również okresowego serwisowania używanych elementów i wymianę zużytych i uszkodzonych (zgodnie z wymogami producenta). Wszelkie koszty związane z użytkowaniem i serwisowaniem są po stronie Wykonawcy.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo
Śląskie**

b. Prosimy o doprecyzowania, czy do wszystkich Pakietów (20, 21, 22 i 23) Zamawiający wymaga dostarczenia „napędu z osprzętem” na cały czas trwania umowy, wykluczając tym samym możliwość zapewnienia „napędu z osprzętem” w trybie zastawu lotnego? Jeżeli Zamawiający nie wyklucza opcji zestawu lotnego, to do których Pakietów miałyby to zastosowanie?

Odp.: Zamawiający w sytuacji realizacji umowy w zakresie Pakietów 20, 21, 22 i 23 wymaga dostarczenia jednego kompletnego zestawu napędu ortopedycznego na zasadzie stałego komisju zdeponowanego na czas trwania umowy.

Pytanie nr 35 – dot. § 3 ust. 16 Projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 3 ust. 16)

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36 – dot. § 8 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1.1. zwłoki w wykonaniu dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust. 2 karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonej partii dostawy licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonej partii dostawy,

1.2. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 9 ust. 2 karę w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 3 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonej w terminie partii dostawy.

1.3. za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 – 15 umowy, karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy

1.4. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 18 karę umowną w wysokości 0,5 % wartości netto przedmiotu umowy, którego dotyczą opóźnione dokumenty, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 18, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą opóźnione dokumenty.

1.5. zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 3 ust. 21 w wysokości 0,5 % wartości netto przedmiotu umowy dla danego pakietu, licząc za każdy dzień zwłoki od upływu dnia zrealizowania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 21, jednak nie więcej niż 10% wartości netto przedmiotu umowy dla danego pakietu

1.8. naruszenia obowiązku § 3 ust. 8 oraz § 6 ust. 2, Zamawiający nakłada na Wykonawcę karę umowną w wysokości 100 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia

1.9. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o której mowa w § 12 ust. 10 pkt 5) w wysokości 0,01% należnej kwoty brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% nieuregulowanego w zapłacie części wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy .

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo
Śląskie**

Pytanie nr 37 – Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38 – dot. projektowanych postanowień umowy:

Czy Zamawiający zmieni termin określony w:

- a. §3 ust. 4 z „24 godzin” na „2 dni robocze”,
- b. §3 ust. 19 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39 – dot. projektowanych postanowień umowy:

Czy Zamawiający usunie kary umowne określone w §8 ust. 1 Pkt 1.3 oraz pkt 1.8?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej która może być nadmiernie wykorzystywana przez Zamawiającego..

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40 – dot. projektowanych postanowień umowy:

Czy Zamawiający dookreśli w §9 ust. 1, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41 – dot. projektowanych postanowień umowy:

Czy Zamawiający doda zapis w §10 ust. 6, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo
Śląskie**

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Podpisał:
DYREKTOR
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie