

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu



im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70

www.szpitalmswia.poznan.pl
efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



ZP-2374.1.11/2020/EFK
ZP/p/2374-11-897/20

Poznań, dnia 10.03.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłoża operacyjnych
Nr postępowania: ZP/p/11/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 4

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

1. **Część 7 poz. 3, pakowane po 10 szt.:** Czy Zamawiający dopuści kompresy bez pakowania w dispenser?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie dla kompresów pakowanych po 10 szt. Podtrzymując pozostałe wymagania.

2. **Część 7 poz. 3, pakowane po 10 szt.:** Czy Zamawiający dopuści kompresy w podwójnym opakowaniu (dwie torebki papierowo-foliowe), a następnie w karton zbiorczy (bez pakowania w dispenser)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie dla kompresów pakowanych po 10szt.

UWAGA:

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany odpowiedzi na pytania udzielonej pismem z dnia 05.03.2020 r. o sygnaturze ZP-2374.1.11/2020/EFK, ZP/p/2374-11-887,888,889,891,893,894/20 z wyjaśnieniami treści SIWZ nr 3. Tym samym prawidłowa odpowiedź jest następująca:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 6

Pakiet 2

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny, sterylny, jednorazowy pełnobarierowy z wstawkami nieprzemakalnymi wykonany z włókniny typu spunlaced o gramaturze min. 68 g/m² zawierająca pulpę

celulozową i włókna poliestrowe. Wstawki chroniące przed przenikaniem płynów, z przodu folia polietylenowa na rękawach, nieprzepuszczalny 2-warstwowy laminat zawierający folię polietylenową 27,5µm oraz wiskozowo-poliestrową włókninę typu spunlaced 30g/m2. Włóknina antystatyczna, niepyląca, oddychająca, nieprzezroczysta; elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot; zapinany przy szyi na rzep, troki mają być łączone kartonikiem. Konstrukcja fartucha w tylnej części gwarantująca sterylne plecy operatora podczas zabiegu. Kolor niebieski. Zgodny z normą PN-EN 13795. Rozmiary: L, LL, XL, XL-L, 2XL-L, 2XL-LL .

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny jednorazowy jałowy z włókniny bawełnopodobnej typu spunlaced o gramaturze min. 68 g/m2 zawierająca pulpę celulozową i włókna poliestrowe, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej; elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot; zapinany przy szyi na rzep, troki mają być łączone kartonikiem. Konstrukcja fartucha w tylnej części gwarantująca sterylne plecy operatora podczas zabiegu. Pakowany indywidualnie z ręcznikami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN-EN 13795. Rozmiary: M, L, LL, XL, XLL, 2XL-L, 2XL-LL.

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m2, rękawy 40 g/m2 (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk.. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia 2,1 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

Odpowiedź Zamawiającego dot. wszystkich powyższych trzech pozycji: Zamawiający dopuszcza zaproponowane fartuchy.

W związku z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) **Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 16 marca 2020 r. odpowiednio na godz. 11:00 i 11:30.**

Zamawiający jednocześnie przekazuje i zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń treść zmiany ogłoszenia o zamówieniu, która w dniu dzisiejszym została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu (m. prof. Ludwika Bierkowskiego)

dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński