

Kraków, dn. 01.07.2024 r.

Wyjaśnienia treści SWZ (Pytania i odpowiedzi). Zmiana treści SWZ

Informacja

W odpowiedzi na wniosek potencjalnych Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia **publicznego DZiK-DZP.2921.49.2024 – „Zakup i dostawa aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”**, Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Zadanie nr 1 – mikroskop biologiczny- 9 szt.:

- 1) Czy Zamawiający dopuści także mikroskopy równoważne z energooszczędnym źródłem światła LED 3 W o temperaturze barwowej 5300K ~ 6000K, z regulacją intensywności oświetlenia, które może zapewnić większą maksymalną jasność w razie potrzeby niż dioda 1W?

Odpowiedź (1):

Zamawiający **dopuszcza** mikroskopy z energooszczędnym źródłem światła LED 3 W o temperaturze barwowej 5300K ~ 6000K, z regulacją intensywności oświetlenia.

- 2) Mimo naszego wieloletniego doświadczenia w materii mikroskopów optycznych nie spotkaliśmy dotąd czegoś co Zamawiający opisał jako „pomocniczy wskaźnik płaszczyzny ogniskowania umiejscowiony na statywie mikroskopu”. Oznacza to, że jest to najprawdopodobniej „wynalazek” jednego z producentów, który chciał odróżnić jakimś nieistotnym drobiazgiem swoje mikroskopy od konkurencji. Zapis taki ogranicza jednak Zamawiającemu wybór do jednego tylko dostawcy naraża go na wszystkie tego

konsekwencje. Czy wobec powyższego Zamawiający zgodzi się na mikroskopy równoważne o wielu parametrach lepszych, wyposażone w:

- regulowaną blokadę maksymalnej wysokości stolika,
- pokrętło regulacji momentu obrotowego śruby makro regulujące ciężkość obrotu tej śruby oraz zabezpieczające w przyszłości opadaniu stolika?

Odpowiedź (2):

Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych Przedmiotu Zamówienia dotyczące wymogu wyposażenia mikroskopów w pomocniczy wskaźnik płaszczyzny ogniskowania umiejscowiony na statywie mikroskopu, z uwagi na planowane przeznaczenie mikroskopów do zajęć edukacyjnych. Mikroskopy obsługiwane będą przez początkujących, niedoświadczonych w zakresie pracy z mikroskopami studentów, dlatego rzeczony wskaźnik ułatwi im szybkie i bezproblemowe odnalezienie punktu ostrości podczas prowadzonych obserwacji.

W przypadku drugiej części zapytania, dotyczącej: „regulowanej blokady maksymalnej wysokości stolika” oraz „pokrętła regulacji momentu obrotowego śruby makro regulującego ciężkość obrotu tej śruby oraz zabezpieczającego w przyszłości opadanie stolika”, Zamawiający informuje, że wymienione parametry znajdują się już w wymaganiach w podpunktach specyfikacji technicznej:

- Regulacja sprzęgła ogniskowania zgrubnego
- Blokada górnego położenia stolika.

3) Wymaganie: „Możliwość zasilania mikroskopu z wykorzystaniem zewnętrznego powerbanku” jest podobnie nietypowe i tak samo wykluczające konkurencję jak przytoczony w poprzednim pytaniu „wskaźnik płaszczyzny ogniskowania”. Czy wobec powyższego Zamawiający zgodzi się na mikroskopy równoważne z normalnym odłączanym zasilaczem? Lub ewentualnie dodatkowo także z wbudowanym ładowalnym akumulatorem?

Odpowiedź (3):

Zamawiający wymaga dostarczenie mikroskopów z możliwością zasilania z zewnętrznego powerbanku, natomiast dopuszcza także możliwość zasilania mikroskopów z odłączonym zasilaniem i wbudowanym ładowalnym akumulatorem. Wymóg zasilania zewnętrznego mikroskopu podyktowany jest koniecznością prowadzenia obserwacji mikroskopowych również podczas zajęć terenowych.

- 4) Czy Zamawiający wymaga dla mikroskopów jedynie zwykłej Deklaracji CE dowodzącej, że wyrób ma oznakowanie znakiem CE dla urządzenia elektrycznego, podobnie jak odkurzacz czy żelazko, czy też wymaga Deklaracji CE IVD dowodzącej, że mikroskopy są wyrobem medycznym?

Odpowiedź (4):

Zgodnie z wymaganiami SWZ, Zamawiający wymaga dostarczenia deklaracji CE, a w przypadku zastosowania przez Wykonawcę w ofercie, stawki podatku VAT innej niż podstawowa, Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną jej zastosowania oraz dołączyć do Oferty dokumenty potwierdzające jego zastosowanie (np. certyfikaty, deklaracje).

- 5) Czy Zamawiający wymaga dla mikroskopu Deklaracji zgodności z dyrektywą RoHS, która gwarantuje, że wyrób nie zawiera metali ciężkich czy innych substancji szkodliwych?

Odpowiedź (5):

Zgodnie z dyrektywą RoHS, wszystkie produkty spełniające jej wymagania są oznaczone znakiem CE. Wg wymagań Zamawiającego zawartych w formularzu ofertowym i we wzorze umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu oznaczonego znakiem CE.

- 6) Czy Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu producenta mikroskopów?

Odpowiedź (6):

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający nie wymaga autoryzowanego serwisu producenta mikroskopów.

Wobec powyższego, mając na uwadze zasadę przejrzystości prowadzonego postępowania oraz równy dostęp potencjalnych Wykonawców do informacji, jak również umożliwienie potencjalnym Wykonawcom, jak najlepsze sporządzenie ofert, poprzez wydłużenie czasu na ich przygotowanie i złożenie – Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust.3 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany w treści SWZ:

Nowy termin związania ofertą ustala się do dnia: 02.08.2024 r.

Nowy termin składania ofert ustala się do dnia: 04.07.2024 r.;

Nowy termin otwarcia ofert ustala się na dzień: 04.07.2024 r.;

Uwaga! Godziny otwarcia i składania ofert pozostają niezmiennie.

W związku z powyżej udzielonymi odpowiedziami, Załącznik nr 2.1 do SWZ (Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia / Przedmiotowy Środek Dowodowy) **należy czytać w całości, łącznie z udzieloną przez Zamawiającego, powyższą odpowiedzią na pytania.**

**Kanclerz
/-/ mgr Marcin Gałan**