



DZP.281.90B.2024

Katowice dn. 11.10.2024 r.

**SZANOWNI WYKONAWCY**

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) p.n.: **Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji (2) – Testy biologiczne o szybkim odczycie do sterylizacji parą wodną**

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1: Dotyczy Załącznika nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści testy bez wewnętrznego systemu kruszenia? Każde opakowanie zawiera dołączoną kruszarkę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 2: Dotyczy Załącznika nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści testy o odczycie 20min. kompatybilne z innym autoczytnikiem niż posiadany przez Zamawiającego, w przypadku bezpłatnego użyczenia sprzętu na czas trwania umowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 3: Dotyczy wzoru umowy § 5, ust.1, punkt d):**

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie przewidzianej kary do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

**Pytanie nr 4: dot. formularza asortymentowo - cenowego – załącznik nr 4 (poz.1)**

Test biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji parowej w temperaturze 121 stopni C/20 minut 134 stopnie C/7 min. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 20 minutach inkubacji. Wskaźnik posiadający wewnętrzny system kruszenia ampułki niewymagający użycia zewnętrznego „kruszera”. Wykonawca nieodpłatnie przekaze kompatybilny inkubator na własność Zamawiającego. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną EN/ISO 11138.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga testów kompatybilnych z posiadany przez siebie na własność autoczytnikiem. W związku z czym nie dopuszcza wskazanego w pytaniu rozwiązaniu.

**UWAGA**

**Zamawiający niniejszym przesuwa termin składania ofert:**

**z 14.10.2024 r. godz. 10<sup>00</sup> na 16.10.2024 r. godz. 10<sup>00</sup>**

**oraz przesuwa termin otwarcia ofert**

**z 14.10.2024 r. godz. 10<sup>30</sup> na 16.10.2024 r. godz. 10<sup>30</sup>**

**jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą**

**z 12.11.2024 r. na 14.11.2024 r.**

KRS: 0000049660

Księga rej.: 000000018597

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
*Agata Choluż*  
mgr Agata Choluż  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych