



Znak: AE/ZP-27-29/20

Tarnów, 2020-06-04

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, lat naczyniowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 1.** Wnosimy o dopuszczenie jednorazowego zestawu do lewatywy z workiem o pojemności 1750ml z otworem do zawieszenia, skalowanym co 250ml, z drenem wykonanym z PVC o długości 1200 mm z miękką końcówką, otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, końcówka drenu zabezpieczona zatyczką, z dołączonym zaciskaczem.
- Dotyczy SIWZ.** Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?
- Dotyczy Pakietu Nr 32 poz. 1.** Czy zamawiający w pakiecie 32 dopuści Zestaw do cewnikowania żył centralnych do zastosowania w hemodializie, krótkoterminowego utrzymywania. Każdy zestaw winien zawierać: cewnik nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, igłę wprowadzającą echogeniczną, strzykawkę, prowadnik z końcówką J, rozszerzacz, skalpel. Wymagane jest aby ramiona cewnika posiadały nadruk określający objętość wypełnienia kanałów. Cewniki dwukanałowe 11.5-12 Fr i w wymaganych długościach: 15 cm, 20cm; sterylne
- Dotyczy Pakietu Nr 41 poz. 1.** Czy zamawiający w pakiecie 41 dopuści Cewnik krótkoterminowy (ostry) do HD trójświatłowy, rozmiar 12F, wymagane długości: 15 cm, 20 cm; z zestawem wprowadzającym o składzie: prowadnik typu J, igła wprowadzająca 18G/70mm, rozszerzacz, Na zaciskach cewnika podane pojemności wypełnienia kanału. Zestaw sterylne.
- Dotyczy Pakietu Nr 33 poz. 2.** Czy Zamawiający w pozycji 2 pakiet 33 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długościach cewnika: 19/40, 23/44, 28/49, 33/54 cm do wyboru przez Zamawiającego?  
Charakterystyka zestawu:
  - radiocieniujący cewnik
  - silikonowe ramiona
  - złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
  - zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
  - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
  - kompatybilny z MRI
  - odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
  - adapter wypełniający
  - zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
  - igła wprowadzająca 18G
  - rozszerzadło 12 Fr
  - rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
  - nasadki iniekcyjne Luer Lock
  - kleszczyki – 2 szt.
- Dotyczy Pakietu Nr 33 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu 33 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

7. **Dotyczy Pakietu Nr 41 poz. 1.** Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 41 dopuści do postępowania cewnik trójświatłowy 13,5 Fr wysokoprzepływowy (High Flow), ramiona proste lub zakrzywione i długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm do wyboru przez Zamawiającego? Charakterystyka cewnika:
- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
  - radiocieniujący szaft cewnika
  - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
  - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
  - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
  - kompatybilny z MRI
  - odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
  - igła wprowadzająca 18G
  - rozszerzało
  - nasadki iniecyjne Luer Lock
  - wyprodukowany w Niemczech
8. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 2 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 29 poz. 1** zestawu do lewatywy z workiem o pojemności 1750 ml z otworem do zawieszenia, skalowanym co 250 ml, z drenem wykonanym z PVC o długości 1200 mm, pod warunkiem, że w zestawie jest również kanka.

**Ad. 2** Zgodnie z wymogiem określonym w pkt IV.1.3 SIWZ oświadczenie, o którym mowa w pkt IV.1.3.1 SIWZ Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Ad. 3** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 32 poz. 1** zestawów do cewnikowania żył centralnych do zastosowania w hemodializie z cewnikiem tylko o długości 15 cm i 20 cm i podtrzymuje wymóg zaoferowania również cewnika o długości mieszczącej się w zakresie 24-30 cm.

**Ad. 4** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 41 poz. 1** cewnika krótkoterminowego (ostrego) do HD trójświatłowego, rozmiar 12F, wymagane długości: 15 cm, 20 cm, pod warunkiem zaoferowania kompletnego zestawu, tj. zawierającego wszystkie elementy określone w SIWZ.

**Ad. 5** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 33 poz. 2** cewnika długoterminowego w zestawie opisanym w pytaniu.

**Ad. 6** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 33 poz. 2** i utworzenie z tej pozycji osobnego pakietu.

**Ad. 7** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 41 poz. 1** cewnika trójświatłowego w zestawie opisanym w pytaniu.

**Ad. 8** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 2 poz. 1** i utworzenie z tej pozycji osobnego pakietu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

