



Znak: AE/ZP-27-91/23

Tarnów, 2024-01-03

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000 EURO) na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz siatek do przepuklin i taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 2.** Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający w pakiecie 27, pozycja 2 wymaga woreczków do pobierania próbek moczu uniwersalnych (dziewczynki i chłopcy) czy dla dziewczynek lub chłopców do wyboru Zamawiającego?
- Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 9.** Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Lifepack 12 o rozmiarze o 107 mm x 23 m.
- Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 13.** Prosimy o wyjaśnienie czy papier w ww. pozycji ma być gładki czy w kratkę?
- Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 4.** Prosimy o dopuszczenie elektrod o wymiarach 42mm x 45mm przy pozostałych parametrach bez zmian.
- Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1.** Prosimy o wyjaśnienie, czy należy zaoferować asortyment zgodny z instrukcją obsługi wskazanego przez Zamawiającego urządzenia Mistral Air będącego wyrobem medycznym klasy IIb?
- Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1.** Prosimy o wyjaśnienie, czy potwierdzając kompatybilność koców ze wskazanym urządzeniem Mistral Air zamawiający będzie wymagał przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia producenta o kompatybilności oferowanych koców ze wskazanym urządzeniem?
- Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 1.** Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 30 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliuretanu o średnicy 11 Fr z ramionami prostymi lub zagiętymi długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego? Charakterystyka cewnika:
 - termoplastyczny poliuretan Tecoflex
 - radiocieniujący szaft cewnika
 - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
 - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
 - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
 - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
 - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
 - kompatybilny z MRI
 - odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
 - igła wprowadzająca 18G
 - rozszerzadło 11 Fr lub 13 Fr
 - nasadki iniekcyjne Luer Lock
 - opakowanie zawiera 3 szt.
- Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 2.** Czy Zamawiający w pozycji 2 pakiet 31 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) bez otworów bocznych, z rozrywalną koszulką z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o



stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR, ramiona proste i długościach: 19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm 33/54 cm do wyboru przez Zamawiającego. Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.
- opakowanie zawiera 3 szt.

9. **Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 1.** Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 35 dopuści do postępowania cewnik trójświatłowy 13,5 Fr wysokoprzepływowy (High Flow), ramiona proste lub zagięte o długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, do wyboru przez Zamawiającego? Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- rozszerzadło 13 Fr
- wyprodukowany w Niemczech

10. **Dotyczy pkt 23.12 i 23.14 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt.23.13, 23.14:

23.13. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, po upływie 10 dni zwłoki Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu jej realizacji, z zachowaniem prawa do kar umownych, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru
- 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii towaru
- 5% wartości wynikającej z różnicy pierwotnej wartości brutto umowy oraz zwaloryzowanego zgodnie pkt.23.34 – 23.39 SWZ wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za każdy dzień zwłoki w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z



tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt.23.34 SWZ, jednak nie więcej niż 10% wartości wynikającej z różnicy pierwotnej wartości brutto umowy oraz zwaloryzowanego zgodnie pkt.23.34 – 23.39 SWZ wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.

23.14. W przypadku odstąpienia od umowy i rozwiązania/wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

11. **Dotyczy Pakietu Nr 54 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 54: taśmę do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenową, monofilamentową, w plastikowej dwuczęściowej osłonce, jednorodną, niewchłaniającą, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, grubość 0,33 mm, gramatura 48 g/m², średnia wielkość porów 0,98 mm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, atraumatyczne brzegi taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, posiadająca włókna skośne, które zapobiegają deformacji i zwiększają odporność na rozciąganie?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 49 poz. 7.** Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie tej pozycji z pakietu ?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 50 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania siatkę o wielkości 11,5x14,5 cm ?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 54 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt o poniższych parametrach: Taśma urologiczna Dallop NM wytwarzana jest techniką dziewiarską z transparentnej monofilamentowej przędzy propylenowej. Na obydwu końcach taśma zaopatrzona jest uchwyty również z przędzy monofilamentowej w kolorze niebieskim, pozwalające na bezpieczne zamocowanie na odpowiednim aplikatorze, a także dobrą widoczność w polu operacyjnym. Każdy uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie przed wyrwaniem w postaci rurek termokurczliwych. Masa powierzchniowa taśmy (bez uchwytów) 65-75 g/m², szerokość taśmy 1,1 cm +/- 0,2, grubość nitki 0,16 mm, powierzchnia porów ok. 5,9 mm² długość taśmy (bez uchwytów) 45 cm. Taśma charakteryzuje się bezpiecznymi, atraumatycznymi brzegami, niską masą liniową, biostabilnością, dzięki czemu nie traci właściwości fizycznych podczas długotrwałego kontaktu z tkankami i płynami ustrojowymi, porowatą strukturą minimalizującą ryzyko infekcji bakteryjnej, optymalnie opracowaną strukturą przestrzenną, gdzie wielkość porów umożliwia szybkie przerastanie tkanką łączną. Taśma urologiczna przeznaczona jest do stosowania w chirurgicznym leczeniu nietrzymania moczu u kobiet metodami TVT i TOT, które umożliwiają beznapięciowe założenie implantów syntetycznych
15. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie bądź wydzielenie pozycji 5 do osobnego pakietu w związku z zaprzestaniem produkcji podanego asortymentu? Pozytywna decyzja Zamawiającego pozwoli na złożenie większej ilości ofert korzystnych cenowo na asortyment z tych pozycji.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 laryngoskop światłowodowy o następujących parametrach różniących się od SWZ:
 - Z możliwością sterylizacji do 4000 cykli w następujących warunkach: Temperatura sterylizacji 134°C, czas sterylizacji 3 minuty, 10 sekund, normalny czas suszenia 5 minut, Rozszerzony czas schnięcia 15 minut;
 - Łyżki dostępne w rozmiarach:
 - * 0 – 79 x 15,5 mm
 - * 1 – 92 x 22 mm
 - * 2 – 100 x 21 mm
 - * 3 – 131 x 23,5 mm
 - * 4 – 155 x 25 mmProducent nie podaje długości wewnętrznej
17. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 łyżki do laryngoskopu o następujących parametrach różniących się od SWZ:
 - Z możliwością sterylizacji do 4000 cykli w następujących warunkach: Temperatura sterylizacji 134°C, czas sterylizacji 3 minuty, 10 sekund, normalny czas suszenia 5 minut, Rozszerzony czas schnięcia 15 minut
 - Łyżki dostępne w rozmiarach:
 - * 0 – 79 x 15,5 mm
 - * 1 – 92 x 22 mm
 - * 2 – 100 x 21 mm



* 3 – 131 x 23,5 mm

* 4 – 155 x 25 mm

Producent nie podaje długości wewnętrznej

18. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 laryngoskop światłowodowy pediatriczny o następujących parametrach różniących się od SWZ:

- z kompletem 2 łyżek typu Miller w rozmiarach: 0 oraz 1;
- Z możliwością sterylizacji do 4000 cykli w następujących warunkach: Temperatura sterylizacji 134°C, czas sterylizacji 3 minuty, 10 sekund, normalny czas suszenia 5 minut, Rozszerzony czas schnięcia 15 minut;
- Łyżki dostępne w rozmiarach:
 - * 00 – 66,5 x 11,5 mm
 - * 0 – 77 x 11,5 mm
 - * 1 – 101,5 x 12 mm
 - * 2 – 153 x 15 mm
 - * 3 – 197 x 15 mm
 - * 4 – 205 x 17 mm

Producent nie podaje długości wewnętrznej

19. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 rękojeść laryngoskopu światłowodową o następujących parametrach różniących się od SWZ:

- rozmiar średni 29 mm

20. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 rękojeść laryngoskopu światłowodową o następujących parametrach różniących się od SWZ:

- rozmiar średni 29 mm

21. **Dotyczy SWZ.** Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załącznika stanowiącego projekt umowy.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 27 poz. 2** woreczków do pobierania próbek moczu u dzieci (dziewczynki i chłopcy), co jest jednoznaczne z koniecznością zaoferowania woreczków dla dziewczynek i woreczków dla chłopców.

Ad 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 9** papieru o rozmiarze 107 mm x 23 m

Ad 3. Oczywiście jest fakt, że papier do defibrylatora winien być w kratkę, co oznacza, że również oferowany w **Pakiecie Nr 13 poz. 13** papier do defibrylatora BENE HART D3 A30.

Ad 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 4** elektrod o wymiarach 42 mm x 45 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 5. Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 38 poz. 1** przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania SWZ.

Ad 6. Dokumenty jakie należy składać wraz z ofertą Zamawiający określił w SWZ i nie wprowadza w tym zakresie zmian. Dotyczy to również przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 38 poz. 1**.

Ad 7. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 30 poz. 1** cewników dializacyjnych dwuświatłowych opisanych w pytaniu.

Ad 8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 31 poz. 2** cewników dwuświatłowych długoterminowych opisanych w pytaniu.

Ad 9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 35 poz. 1** cewników trójświatłowych opisanych w pytaniu.

Ad 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i wprowadzenie nowych zapisów do punktu 23 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

Ad 11. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 54 poz. 1** taśm do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet opisanych w pytaniu.

Ad 12. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie **poz. 7 z Pakietu Nr 49**.



Ad 13. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 50 poz. 1 i 2** siatek o rozmiarze 11,5 x 14,5 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 14. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 54 poz. 1** taśm urologicznych opisanych w pytaniu.

Ad 15. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie **poz. 5 z Pakietu Nr 6**, nie wyraża również zgody na wydzielenie **poz. 5 z Pakietu Nr 6** do osobnego pakietu.

Ad 16. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 24 poz. 1**.

Ad 17. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 24 poz. 2**.

Ad 18. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 24 poz. 3**.

Ad 19. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 24 poz. 4**.

Ad 20. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 24 poz. 5**.

Ad 21. Projektowane postanowienia umowy ujęte zostały w pkt 23 SWZ, która jest dostępna na stronie prowadzonego postępowania.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a



Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

