

Nr sprawy 2Olspzoz2021

Mogilno, dnia 23.02.2021 r.

**Wykonawcy,
którzy złożyli pytania**

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR II

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 2Olspzoz2021 – Dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Zapytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 2 analizatorów używanych z 2018 roku, po udokumentowanym przeglądzie?

Ad. TAK, Zamawiający wyraża zgodę. Dzierżawa dwóch analizatorów jonów Na,K,Cl o roku produkcji nie niższym niż 2018 po pełnym przeglądzie.

Zapytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 1 analizatora używanego z 2018 roku, po udokumentowanym przeglądzie?

Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Dzierżawa nowego analizatora gazometrii.

Zapytanie 3

Czy Zamawiający dopuści dopisanie do formularza cenowego (OPZ) w zadaniu (części) nr 1 dopisanie dodatkowej kolumny „Ilość szt./rolek”?

Ad. TAK, Zamawiający dopuści.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
www.mpcz.pl

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno – Technicznych

Jarosław Głowacki

/podpis na oryginale/

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy
2. a/a

