



.....  
.....

AE/ZP-27-38/20

Tarnów, 2020-06-30

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do zabiegów naprawczych.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź.zm.) Zamawiający – Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13 wprowadza zmiany do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

**1/ w pkt.10 Załącznika Nr 6.1 do SIWZ dotychczasowy zapis o treści:**

„Na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym bieżąca aktualizacja oprogramowania) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego)”

**zmienia na zapis o treści:**

„Na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym bieżąca aktualizacja oprogramowania) 3 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego)”

**2/ w pkt.15 Załącznika Nr 6.2 do SIWZ dotychczasowy zapis o treści:**

„Na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym bieżąca aktualizacja oprogramowania) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego)”

**zmienia na zapis o treści:**

„Na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym bieżąca aktualizacja oprogramowania) 3 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego)”

**3/ w pkt.15 Załącznika Nr 6.3 do SIWZ dotychczasowy zapis o treści:**

„Na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym bieżąca aktualizacja oprogramowania) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego)”

**zmienia na zapis o treści:**

„Na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym bieżąca aktualizacja oprogramowania) 3 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego)”

**4/ w pkt.16 Załącznika Nr 6.4 do SIWZ dotychczasowy zapis o treści:**

„Na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym bieżąca aktualizacja oprogramowania) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego)”

**zmienia na zapis o treści:**

„Na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym bieżąca aktualizacja

oprogramowania) 3 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego)”.

**5/ w pkt.17 Załącznika Nr 6.5 do SIWZ dotychczasowy zapis o treści:**

„na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym aktualizacja oprogramowania co najmniej raz na 3 miesiące) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego)”

**zmienia na zapis o treści:**

„Na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym aktualizacja oprogramowania co najmniej raz na 3 miesiące) 3 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego)”.

**6/ w pkt.19 Załącznika Nr 6.6 do SIWZ dotychczasowy zapis o treści:**

„na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym aktualizacja oprogramowania co najmniej raz na 3 miesiące) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego)”

**zmienia na zapis o treści:**

„Na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym aktualizacja oprogramowania co najmniej raz na 3 miesiące) 3 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego)”.

W związku z wyżej dokonaną zmianą treści SIWZ, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 24.07.2020r. godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 24.07.2020r. godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie VI, XI.1, XII.1, Załącznika Nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 i 6.6 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

**W załączeniu Załącznik Nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 i 6.6 po dokonanej zmianie treści SIWZ.**

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

cm

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

